

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **220/71700-26-7727-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizime me Teste per NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Biohit MDS SH.P.K.
NUI	811390434
Adresa	Rr. Ferid Curri Ob.1 Lok.4 - Arbëria
Vendi	Prishtinë
Kodi postar	10000
Numri Telefonit	048602501
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Valdrin Januzaj
Adresa elektronike	biohitmds@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	15.10.2026

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizime me Teste per NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM

Kundërshtojmë Vendimin e QKKTGJ-së të datës 14.10.2026, me të cilin u refuzua kërkesa jonë për rishqyrtim e 12.10.2026. Ankesën e paraqesim brenda 10 ditëve nga ky vendim, siç parashikojnë neni 109 i LPP-së dhe pika 32.4 e Dosjes së Tenderit.

Me Dt.12.03.2026 I ofruam Ministrisë së Shëndetësisë donacion të pajisjes cobas 5800 dhe testeve për rreth 190 dhurues. Ministria na kërkoi të plotësonim dokumentacionin sipas PSO-ve.

Me Dt.24.03.2026 Pasi i plotësuam dokumentet, ofertën për donacion ia dërguam drejtpërdrejt U.D. drejtoreshës ekzekutive të QKKTGJ-së, Dr. Albana Bislimi Krasniqi. Deri sot nuk kemi marrë asnjë përgjigje zyrtare.

Me Dt.14.09.2026 QKKTGJ publikon njoftimin për kontratë dhe Dosjen e Tenderit.

Me Dt.06.10.2026 I kërkuam AK-së sqarim nëse mund të ofertojmë me teste të prodhuesit Roche Diagnostics, me pajisjen e ofruar si donacion.

Me Dt.08.10.2026 AK u përgjigj se testet alternative nuk pranohen, sepse nuk janë kompatible me aparaturën, sistemin dhe infrastrukturën laboratorike ekzistuese.

Me Dt.12.10.2026 Paraqitëm kërkesë për rishqyrtim

Me Dt. 14.10.2026 AK e refuzoi kërkesën me një arsyetim prej tri fjalish, pa asnjë provë.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosova

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë/Ministarstvo Zdravstva/Ministry of Health

Qendra Kombetare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut

Nacionalni Kosovski Centar za Transfuziju Krvi - National Blood Transfusion Center of Kosova

Data/Datum: 14.10.2026

Për/Za/To: Operatori Ekonomik

Biohit MDS sh.p.k

Nga/Od/From: Qëndrim Latifi- Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: Kërkesa për Rishqyrtim e dates 12.10.2026

Duke u bazuar në nenin 108/A, paragrafi 10.1 të Ligjit Nr. 04/042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, Zyrtari përgjegjës i prokurimit, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të dorëzuar nga operatori ekonomik "Biohit MDS SH.P.K." për aktivitetin e prokurimit: Furnizime me Teste për NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM", me numër të prokurimit 220/71700-26-7727-1-1-1, mori këtë:

VENDIM

Qendra Kombetare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut duke u bazuar në kërkesë për rishqyrtim të O.E Biohit MDS sh.p.k Lidhur me tenderin Furnizime me Teste për NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM me nr prokurimit : 220/71700-26-7727-1-1-1

Pas shqyrtimit të pretendimeve të paraqitura nga OE “Biohit MDS” SH/P.K., Autoriteti Kontraktues vlerëson se specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me nevojat funksionale, profesionale dhe të sigurisë së institucionit dhe nuk kanë për qëllim favorizimin e ndonjë prodhuesi apo operatori të caktuar.

Propozimi për donacion të pajisjes nuk përbën dëshmi se specifikimet janë diskriminuese dhe nuk është relevant për procedurë.

Andaj pretendimet e O.E Biohit MDS sh.p.k vlerësohen si të pabazuara dhe kërkesa

për rishqyrtim refuzohet.

Këshillë juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të parashtroj ankesë pranë OSHP-së.

Vendimi publikohet:

Në platformën elektronike të prokurimit në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 7 i LPP-së: konkurrenca, trajtimi i barabartë, mosdiskriminimi dhe përdorimi efikas i fondeve publike;
- Neni 28 pika 2: specifikimet duhet të sigurojnë qasje sa më të mirë për operatorët dhe nuk guxojnë të favorizojnë ose diskriminojnë asnjë operator;
- Neni 28 pika 6: AK nuk mund ta refuzojë një tender kur tenderuesi provon ekuivalencën me dosje teknike ose raporte të palës së tretë;
- Neni 28 pika 7: ndalohet referimi të një prodhues ose shenjë dalluese; përjashtimi lejohet vetëm në kushte të jashtëzakonshme, të vërtetuara qartë nga AK, dhe me fjalët "ose ekuivalent";
- Neni 108/A, sepse kërkesa jonë u refuzua pa u shqyrtuar realisht.

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

7.1. Dosja i referohet një prodhuesi të vetëm dhe nuk thotë "ose ekuivalent"

Aneksi 1 është në fakt katalog i sistemit Procleix Ultrio Elite / UltrioPlex E të prodhuesit

Grifols. Artikujt janë shkruar me emra tregtarë dhe kode të prodhuesit, për shembull "Assay Fluid, AS", "Auto Detect, AS", "104772 – KIT, MULTI TUBE UNIT, MTU", "KIT, ULTRIO ELITE, D-PROBES", "KIT, UltrioPlex E Assay Kit" dhe "TCR/TER Reagent Spare Caps". Asnjë artikull nuk ka fjalët "ose ekuivalent". Dosja nuk ka asnjë parametër funksional: nuk thotë cilat viruse duhen zbuluar, çfarë sensitiviteti, specifikiteti dhe kufiri i zbulimit kërkohet, as çfarë kapaciteti ose dritareje diagnostike. Kështu, një operator me sistem tjetër nuk ka asgjë me të cilën të provojë ekuivalencën.

Kësaj i shtohet pika 3.2, sipas së cilës çdo devijim nga specifikimet diskualifikon tenderin, dhe pika 21.1, që kërkon dëshmi përputhshmërie me specifikimet. Në praktikë, vetëm Grifols dhe distributori i tij mund të paraqet ofertë të pranueshme. Kjo është pikërisht ajo që ndalojnë nenet 28.2 dhe 28.7.

7.2. AK nuk ka vërtetuar asnjë "kusht të jashtëzakonshëm"

Neni 28.7 kërkon që AK të vërtetojë qartë se nuk mund të hartojë specifikim të saktë pa iu referuar një prodhuesi. As dosja, as sqarimi i dates 08.10.2026, as vendimi i dates 14.10.2026 nuk e bëjnë këtë. Vendimi thotë vetëm se specifikimet janë "në përputhje me nevojat funksionale, profesionale dhe të sigurisë së institucionit". Nuk thotë cilat janë këto nevoja, nuk jep asnjë provë dhe nuk ka asnjë analizë. Një pohim i tillë nuk e plotëson barrën që ligji i vendos AK-së.

7.3. AK ka dhënë dy arsye të ndryshme dhe asnjëra nuk është në dosje

Më 08.10.2026 AK tha se nuk pranon alternativa për shkak të papërputhshmërisë me aparaturën dhe infrastrukturën ekzistuese. Më 14.10.2026 tha se specifikimet përgjigjen në nevoja funksionale, profesionale dhe të sigurisë. Arsyet ndryshojnë nga një akt te tjetri dhe asnjëra nuk është e dokumentuar.

7.4. Ne ofrojmë një zgjidhje ekuivalente

Biohit MDS është distributor i autorizuar i Roche Diagnostics. Ofrojmë sistemin cobas 5800 me testin cobas MPX, që zbulon drejtpërdrejt HIV-1, HIV-2, HCV dhe HBV në plazmë dhe serum, me standarde CE-IVD dhe ISO 13485. Për testin HEV (artikujt 12–13 të Aneksit 1) ofrojmë testin cobas HEV që zbulon ARN-në e HEV.

7.5. Donacioni është i rëndësishëm

Vendimi thotë se propozimi ynë për donacion "nuk është relevant për procedurën". Nuk pajtohem. Më 12.03.2026 dhe 24.03.2026 i ofruam AK-së pajisjen cobas 5800, instalimin, konfigurimin, garancinë me pjesë rezervë, mirëmbajtjen dhe testet për rreth 190 dhurues, pa kosto shtesë. Gjashtë muaj më vonë ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje zyrtare, dhe AK nuk ka bërë asnjë llogari të koston totale të një kontrate prej 700.000 €. Për më tepër AK, paguan për servisim dhe mirëmbajtje në vlerë 9890 € në vit. Parimi i përdorimit efikas të fondeve publike në nenin 7 kërkon që AK të shqyrtojë alternativat që i sjellin kursim dhe cilësi, dhe jo t'i mbyllë ato me specifikime që lejojnë vetëm një furnizues.



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada-Government



Ministria e Shëndetësisë/Ministarstvo Zdravstva/Ministry of Health
Qendra Kombetare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut
Nacionalni Kosovski Centar za Transfuziju Krvi - National Blood Transfusion Center of Kosovo

Sqarimin i tenderit

08.10.2026, Prishtinë

Qendra Kombetare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut-Prishtinë

Numri i prokurimit	220/71700-26-7727-1-1-1
Numri i brendshëm	71700-26-23-1-1-1

Titulli: Furnizime me Teste per NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM

Lidhur procedurën tenderuese per: **Furnizime me Teste per NAT(Nucleic Acid Testing) SYSTEM** Numri i prokurimit 220/71700-26-7727-1-1-1, nje OE ka keruar infomacioner shtese per te cilat AK i ka keto pergjigje;

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguronit sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

1. A mund të ofrohet me teste të ngjashme, sipas kalkulimeve tona çmimet e parashikuara në tender janë shumë të larta dhe ne mund të ofrojmë teste edhe me çilesorë nga prodhuesi Roche Diagnostics si dhe çmimet për të njëjtat teste janë me të lira, ndërsa paisjen laboratorike të nevojshme mund të sjellim në kuader të kontratës në formë donacioni

Përgjigje:

Ju njoftojmë se testet alternative të propozuara nuk mund të pranohen, pasi nuk janë kompatible me aparaturën, sistemin dhe infrastrukturën laboratorike ekzistuese në QKKTGJ.

Për këtë arsye kërkesa për përpunueshmëri me sistemin ekzistues është kërkesë teknike dhe funksionale e domosdoshme

Ju falënderojmë paraprakisht,

Me respekt,
Qëndrim Latifi,



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosova
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë/Ministarstvo Zdravstva/Minis
Qendra Kombetare e Kosovës për Transfuzionin
Nacionalni Kosovski Centar za Transfuziju Krvi - National Blood Tran

Data/Datum:	14.10.2026	
Për/Za/To:	Operatori Ekonomik Biohit MDS sh.p.k	
Nga/Od/From:	Qëndrim Latifi- Udhëheqës i D	
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kerkesa per Rishqyrtim e dates	

Duke u bazuar në nenin 108/A, paragrafi 10.1 të Ligjit Nr. 04/042 Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-2: ligjin Nr. 05/L-092, Zyrtari përgjegjës i prokurimit, duke vendosur sip të dorëzuar nga operatori ekonomik "Biohit MDS SH.P.K." për **Furnizime me Teste per NAT(Nucleic Acid Testinø) SYSTEM "**

10/12/26, 9:25 AM

Gmail - Donacion për QENDRËN KOMBËTARE TË KOSOVË



Donacion për QENDRËN KOMBËTARE TË KOSOVËS PË GJAKUT

3 messages

Biohit MDS <biohitmds@gmail.com>

To: raimonda.dreshaj@rks-gov.net

Cc: "Biohit MDS Sh.p.k." <info@biohitmds.com>

Ne, **Biohit MDS sh.p.k.**, si distributor i autorizuar i kompanisë **Roc emaili**, shprehim gadishmërinë të bëjmë donacion paisjen **cobas 5 Acid Testing**), të prodhuar nga **Roche Diagnostics**, në përputhje standardet ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë.

Paisja cobas 5800 është teknologjia më e re për testimet **NAT (Nu** testime komplet automatike ku në këtë mënyrë lehtëson dhe shpejt është kompakte me dimensione 1.34 m x 0.79 m dhe peshë rreth

Gjithashtu si pjesë e këtij donacioni do dhurojmë edhe teste të nev dhuruesëve të gjakut (cobas® MPX test, for use on cobas® 5800s test for the direct detection of Human Immunodeficiency Virus Type

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Na është mohuar mundësia të konkurrojmë në një kontratë me vlerë të parashikuar 700.000 €. AK, nga ana e vet, rrezikon të paguajë çmime më të larta se ato që arrihen me konkurrencë reale dhe të humbasë një pajisje që i ofrohet falas.

Kërkese për OSHP

- Ta pranoni ankesën dhe ta anuloni aktivitetin e prokurimit, përfshirë çdo vendim për dhënie të kontratës, deri në vendimin tuaj;
- Ta anuloni vendimin e QKKTGJ-së të datës 14.10.2026;
- Ta detyroni AK-në ta ndryshojë dosjen e tenderit, në mënyrë që operatorët ekonomikë të mund të ofrojnë çmimin për test, ku operatori ekonomik mbulon të gjitha shpenzimet, përfshirë pajisjen, mirëmbajtjen dhe servisimin e saj ose, nëse kjo nuk është e mundur pas hapjes së tenderëve, ta anulojë aktivitetin dhe ta rishpallë me specifikime funksionale, me "ose ekuivalent" për çdo referencë tregtare, me ndarje në lote dhe me sasi të sakta;
- Të na kthehet tarifa e ankesës.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.*