



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Blerina Huruglica	28.12.2023	05.01.2024	2023/1018
Eksperti Teknik	Data e autorizimit të ekspertit teknik		
Merita Mehmeti	29.12.2023		

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 15.12.2023, **OE “Alkaloid”**, ka parashtruar ankesë me nr: **2023/1018**, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: **“Furnizim me material per Hemodialize nga LE per SHSKUK”** LOT 1 dhe 3 me nr. të prokurimit: **"00220-23-12480-1-1"**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – **SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: **LOT 1- 216,138.00 € dhe LOT 3- 2,034,350.00€**.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Nenin 7 — Barazia në Trajtim/ Jo — Diskriminimi; pasi që specifikimet teknike në dosjen e tenderit janë diskriminuese konkretisht kërkesa për metoden e sterilizimit apo favorizimin e prodhuesve të cilet e përdorin metoden e sterilizimit me avull është diskriminimin për shumë prodhues të njohur Botëror të cilet përdorin metoda të tjera të sterilizimit.

Neni 28- Specifikimet teknike

Ligji për Prokurim Publik ka përcaktuar që Dosja e Tenderit duhet të hartohet në atë mënyrë që të garantojë barazinë në trajtim dhe jo-diskriminim të Operatoreve Ekonomik të interesuar, duke nënkuptuar që AK duhet të sigurohet që të mundesoje sa më shumë oferta nga OE të interesuar.

Tek Aneksi 1 në DT - Specifikimet teknike të detyrueshme në Lot 1 dhe Lot 3 keni përshkruar produktet që pretendoni të prokuroni duke cekur se produktet që mund të ofrohen duhet të jeni “Steam Sterilisation” me Sterilizim me avull kështu duke eliminuar të gjitha metodat tjera të sterilizimit sikur ato me sterilizim me Dry Heat, Gamma sterilizim dhe E-Beam Sterilizim, kështu duke kufizuar konkurrencën dhe duke favorizuar vetëm prodhues që prodhojnë Dializatore me Steam Sterilizatën e që numri i tyre është shumë i vogël në krahasim me prodhues të njohur botërore për prodhimin e Dializatoreve me Sterilizim Gamma siç janë: B Braun, Nipro, Nikkiso, Asahi Kasei etj, kështu duke shkelur Nenin 28 të LPP - Specifikimet Teknike.

Arsyetimi i AK-SHSHKUK se për hartimin e specifikimeve teknike janë bazuar në Listën Esenciale nuk qëndron për arsye se ky specifikim në LE është që nga viti 2003 dhe është i përshtatur specifikimeve të vetëm një kompanie Fresenius Medical Care e cila ka pasur monopol deri në vitin 2017, kur pas ankesave është ndryshuar specifikimi teknik për Dializatore që ka mundësuar pjesëmarrje me të gjere të ofertuesve me prodhues të ndryshëm me çfare edhe janë lidhur edhe kontrata me çmime shumë me të ulta për shërbime të njëjta.

Për të vërtetuar që AK-SHSHKUK nuk i është referuar Listës Esenciale gjatë përpunimit të DT në të njëjtat Lote koeficienti i i Ultrafiltrimit është kërkuar me e madhe ose e barabart me 40 për Lot 1 dhe me e madhe ose e barabart me 50 për Lot 3 gjë që nuk është në përputhje me Listën Esenciale ku për produktin që kërkohej për Lot 1 koeficienti i Ultrafiltrimit është 50 ndërsa për Lot 3 ky koeficient në LE është 55.

Gjithashtu specifikimi teknik i dy aktiviteteve të prokurimit të kaluara për produktet e njëjta - Dializatore, nuk në përputhje me specifikimin e LE me plote të drejte pasi si pasoje e kësaj në keto dy aktivitete ka pasur se paku 4 ofertues, kështu duke shtuar konkurrencën dhe siguruar çmime me të ulta. *(bashkëngjitur gjëni specifikimin teknik të tendereve të kaluar).*

Shprehim shqetësimet tona se AK është duke përdorur standard të dyfishtë si ai përket respektimit të Listës Esenciale, specifikimeve teknike nga njesia kerkuese dhe në Dojës të Tenderit, duke pasur parasysh se në vendimin e OSHP 370-401/19 nga i njëjti AK janë shkelur Lista Esenciale, kërkesa e njesise kerkuese dhe specifikacioni teknik në DT kinse për kursim të Buxhetit, ndërsa në këte rast insistohet të respektohen Lista Esenciale, kërkesa nga njesia kerkuese dhe specifikacioni teknik në Dosje të Tenderit pavarësisht se lejimi i konkurrencës rezultojnë në uljen e çmimit dhe kursimin e Buxhetit të Shtetit por këtu shihet se AK përdurë standard të dyfishtë për favorizimin e OE të preferuar vendos në një rast shkelje të Listës Esenciale dhe specifikacionit të DT ndërsa në rastin tjetër për respektim të LE dhe specifikacionit teknik të DT , dhe vetëm insistohet të mbrohet sterilizimi me avull për të vetmin qëllim favorizimin e OE të preferuar dhe mos lejimin e hapjes së konkurrencës për Operatoren tjetër.

Kjo vërteton që AK-SHSHKUK është duke përdorur standarde të dyfishtë sa i përket

respektimit të Listes Esenciale , duke ju referuar kesaj Liste vetem kur deshirojne ta kufizojne konkurencen.

Ne te kunderten shtimi ne specifikim teknik edhe i Sterilizimit Gamma i regjistruar edhe ne EMA si sterilizim i barabarte me Sterilizimin me avull do te shtonte edhe me shume konkurencen, keshte duke shkelur **Nenin 7 te LPP - Barazia ne trajtim jo-diskriminim**, duke favorizuar prodhuesin me sterilizim me avull dhe duke diskriminuar prodhuesit e dializatoreve me Sterilizim Gamma. Studiues te njohur dhe ekspert te lemise kane vertetuar qe asnje mangesi, efekt anesore, problem apo dallim nuk eshte gjetur ne mes te Sterilizimit me avull dhe metodav tjera te sterilizimit gjegjesisht metodes Gamma.(*te bashkengjitur mund te gjeni letra shkencore nga EMA ne te cilen vertetohen qe sterilizimi me Gamma dhe metoda tjera te sterilizimit nuk paraqesin anje mangesi ne raport me metoden e sterilizimit me avull dhe se keto metoda jane metoda moderne te sterilizimit*).

Me tutje, materiali qe do te ofrohet, vjen i sterilizuar nga kompania prodhuese, qe ne kete rast mund te jene kompani me renome boterore, dhe nuk paraqet asnje rendesi nese eshte i sterilizuar me Steam apo Gamma.

Prandaj duke ju referuar te gjitha pretendimeve te cekura me lart, kerkojme qe lend ate kthehet ne Rivleresim dhe te behen ndryshimet e nevojshme te specifikimet teknike ne DT dhe te kursehet buxheti i shtetit.

KRITERET PËR VLERËSIM

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Lotet	Produkti apo Pajisja Mjekësore Specifikimi (Forma/Fortësia, etj)	Sasia për tender Planifikimi për 24 muaj	Njësia Matëse
Lot 1	High flux Biocompatible Membrane - Haemodiafilter, steam sterilization Effective Surface area (m2) 1.6; Ultrafiltration Coeff (ml h - mmHg) me e madhe ose e barabart 40	26520	Copë
Lot 3	High flux Biocompatible Membrane - Haemodiafilter, steam sterilization Effective Surface area (m2) 1.8; Ultrafiltration Coeff (ml h - mmHg) me e madhe ose e barabart 50	176900	cope

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

N/A

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

N/A

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - Alkaloid

Aktiviteti i prokurimit: **Furnizim me material per Hemodialize nga LE per SHSKUK” LOT 1 dhe 3** me nr. të prokurimit: “00220-23-12480-1-1-1”, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS, ka filluar me njoftimin për kontratë me datë **10.11.2023**, për të cilin njoftim brenda afatit ligjor OE ankuesi parashtron kërkesë për rishqyrtim pranë AK-së, mirëpo pas refuzimit të kërkesës, atëherë me datë **22.12.2023** i njëjti parashtron ankesë në OSHP, duke pretenduar se AK kriteret në njoftimin për kontratë, përkatësisht LOT 1 dhe LOT 3 specifikimet teknike, janë diskriminuese dhe subjektive.

OE ankuesi pretendon:

Njësia e kërkesës- Shkel Nenin 7 dhe 28 te LPP-se (Specifikime teknike favorizuese) Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njësia e kërkesës për llot 1 artikujt LOT 1 dhe LOT 3, përkatësisht pretendimi i EO ankues citat:” *Tek Aneksi 1 ne DT - Specifikimet teknike te detyrueshme ne Lot 1 dhe Lot 3 keni përshkruar produktet qe pretendoni ti prokuroni duke*

cekur se produktet që mund të ofrohen duhet të jenë “Steam Sterilisation” me Sterilizim me avull kështu duke eliminuar të gjitha metodat tjera të sterilizimit sikur ato me sterilizim me Dry Heat, Gamma sterilizim dhe E-Beam Sterilizim, kështu duke kufizuar konkurrencën dhe duke favorizuar vetëm prodhues që prodhojnë Dializatore me Steam Sterilizaton e që numri i tyre është shumë i vogël në krahasim me prodhues të njohur botërore për prodhimin e Dializatoreve me Sterilizim Gamma sic janë: B Braun, Nipro, Nikkiso, Asahi Kasei etj, kështu duke shkelur Nenin 28 të LPP - Specifikimet Teknike.


Arsyetimi i AK-SHSHKUK se për hartimin e specifikimeve teknike janë bazuar në Listën Esenciale nuk qëndrojnë për arsyeje se ky specifikim në LE është që nga viti 2003 dhe është i përshtatur specifikimeve të vetëm një kompanie Fresenius Medical Care e cila ka pasur monopol deri në vitin 2017, kur pas ankesave është ndryshuar specifikimi teknik për Dializatore që ka mundësuar pjesëmarrje me të gjere të ofertuesve me prodhues të ndryshëm me çfarë edhe janë lidhur edhe kontrata me çmime shumë me të ultë për shërbime të njëjta.

Për të vërtetuar që AK-SHSHKUK nuk i është referuar Listës Esenciale gjatë përpunimit të DT në të njëjtat Lote koeficienti i i Ultrafiltrimit është kërkuar me e madhe ose e barabartë me 40 për Lot 1 dhe me e madhe ose e barabartë me 50 për Lot 3 gjë që nuk është në përputhje me Listën Esenciale ku për produktin që kërkohet për Lot 1 koeficienti i Ultrafiltrimit është 50 ndërsa për Lot 3 ky koeficient në LE është 55.

Tutje, Ekspertja Shqyrtuese e lëndës, meqenëse nuk posedon profesionin e cila përkon me natyrën e pretendimeve, atëherë si e tillë, ka kërkuar që të angazhohet eksperti teknik.


Ekspertja teknike pas analizimit dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës sqaron se, sa i përket specifikimeve teknike për LOT 1 dhe LOT 3, ekzistojnë dy vendime të listës esencialetë barnave (LEB):

1. LEB Vendimi i MSH Datë 22/05/23, Nr. Protokoli 05-3113, në tabelën HEMODIALYSES MATERIALS, tek specifikimi llojit CAPILLARY DIALYSER, përveç Steam Sterilization **figuron edhe Gamma Rays (1.6 dhe 1.8).**

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="618 1409 865 1581">CAPILLARY DIALYSERS</td><td data-bbox="865 1409 1250 1581"> High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 50 Priming Volume (ml) - 98 </td></tr> <tr> <td data-bbox="618 1581 865 1740">CAPILLARY DIALYSERS</td><td data-bbox="865 1581 1250 1740"> High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 55 Priming Volume (ml) 110 </td></tr> </table>	CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m ²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 50 Priming Volume (ml) - 98	CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m ²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 55 Priming Volume (ml) 110
CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m ²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 50 Priming Volume (ml) - 98				
CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodiafilter, steam sterilization, gamma rays Effective Surface area (m ²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 55 Priming Volume (ml) 110				

2. Përdërisa, në LEB Vendimi i MSH Datë 21/08/23, **plotësim ndryshim i vendimit**, Nr. Protokoli 05-5106, në tabelën HEMODIALYSES MATERIALS, tek specifikimi llojit CAPILLARY DIALYSER është vetëm Steam Sterilization dmth është larguar **Gamma Rays (1.6 dhe 1.8).**

Raporti i ekspertit shqyrtues, lidhur me ankesën e parashtruar nga OE “Alkaloid”, lidhur me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me material për Hemodializë nga LE për SHSKUK” me numër të prokurimit: “00220-23-12480-1-1-1, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS

	CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodialyzer, steam sterilization Effective Surface area (m ²) 1.6 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 50 Priming Volume (ml) : 98
	CAPILLARY DIALYSERS	High flux polysulfone dialysers - Haemodialyzer, steam sterilization Effective Surface area (m ²) 1.8 Ultrafiltration Coeff (ml/h - mmHg) 55 Priming Volume (ml) : 110

Po ashtu, vlen të theksohet se specifikat teknike të detyrueshme nga AK për koeficientet e ultrafiltrimit për LOT 1 është kërkuar të jetë më e madhe ose e barabartë se 40, ndërsa për LOT 3 është kërkuar të jetë më e madhe ose e barabartë se 50.

Ku kjo kërkesë për të dy LOT-et 1 dhe 3 bie në kundërshti me LEB, pasi aty koeficienti i ultrafiltrimit për LOT 1 është 50, ndërsa për LOT 3 është 55.

Si përfundim, Vendimi i MSH për LEB, Datë 22/05/23, Nr. Protokolli 05-3113 lejon ekuivalencë /hapësirë për OE; përderisa Vendimi i MSH për LEB, Datë 21/08/23, **plotësim ndryshim i vendimit** Nr. Protokolli 05-5106, kufizon numrin e aplikimeve të OE, andaj përderisa AK tek koeficioenti i ultrafiltrimit lejon ekuivalencë, e cila në LEB është e kufizuar, atëherë si e tillë, konsideroj se edhe pjesa e sterilizimit me avull të lejohet hapsira që të ofrohet edhe me metodat E-Beam Sterilizim, Dry Heat, dhe Gamma, për faktin se e zgjeron konkurrencën dhe respekton nenin 7 të LPP-së.

Si e tillë, sipas sqarimeve më lartë, ekspertja teknike rekomandon që për specifikat teknike për LOT 1 dhe 3 të aprovohet ankesa e OE ankues.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, ekspertja shqyrtuese dhe teknike i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, AK të bëjë përmirësimet në dosje të tenderit dhe të zgjasë afatin për ofertim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **Alkaloid**



Blerina Huruglica

Merita Mehmeti