

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **00220-24-2499-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me produkte për personat paraplegjik dhe tetraplegjik**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Interlab SH.P.K.
NUI	601678008
Adresa	Rr. Lidhja e Pejes, nr.75
Vendi	Fushe Kosove
Kodi postar	12000
Numri Telefonit	+38344517811
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Betim Sadriu
Adresa elektronike	interlab.shpk@gmail.com
Data e parashtrimit të ankesës	11.04.2024

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Furnizim me produkte për personat paraplegjik dhe tetraplegjik

Autoriteti Kontraktues SHSKUK me date 20.03.2024 ka shpallur aktivitetin e prokurimit me titull "Furnizim me produkte për personat paraplegjik dhe tetraplegjik dhe me nr.prokurimi: 00220-24- 2499-1-1-1 . Ne si OE jemi te interesuar te marrim pjese ne kete aktivitet te prokurimit, mirepo kemi hasur ne parregullesi ne dosjen e tenderit dhe andaj po e parashtrojme kete Ankese.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

Hapja e ofertave eshte e parapare te ndodhe me daten 11.04.2024

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Me datë 04.04.2024 ne si OE te interesuar ne marrjen pjese ne kete aktivitet te prokurimit kemi drejtuar kerkesen per rishqyrtim tek AK ne lidhje me parregullesite e hasura ne dosjen e tenderit, perkatesisht ne specifikimet teknike. Me date 08.04.2024, kemi marre vendimin nga AK qe kerkesa jone refuzohet si e pabazuar. Ne si OE te pakenaqr ndaj ketij vendimi po e parashtrojme kete ankese.

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 1 Qëllimi
- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
- Neni 27 Dosja e Tenderit
- Neni 28 Specifikimet teknike

Rregullat te Udhzuesit Operativ per Prokurimin Publik

- Neni 10 Pika c Funksionet e Njesisë së Kërkesës
- Neni 11 Pika c Funksionet e Departamentit /Njesisë së Prokurimit
- Neni 20 Specifikimet Teknike
- Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë e rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

- Pas pranimit të vendimit të refuzimit për kërkesën tuaj për rishqyrtim verëhet qartë nga AK se vetëm se është munduar të krijojë mjegull për Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik. Një gjë mund të shihet qartë këtu se AK ka bërë trukimin e këtij aktiviteti të prokurimit publik duke tentuar që të bëhet keqpërdorim i mbi 3.5 Milion euro. Ndihme për personat me nevojë të veqanta dhe për Republikën e Kosovës do të ishte sikurse të krijohej specifikim i atillë ku nuk do të përpilohej specifikimi i tillë i pershtatur pike për pike për prodhuesin Hoggi dhe Invacare duke mundësuar trukimin e tenderit dhe keqpërdorimin e mbi 3.5M, nëse këto produkte do të bliheshin nga cilido prodhues Europian me kualitetin e njëjtit, mirepo kjo nuk është mundësuar nga AK pasi se specifikimi është copy paste nga katalogu i Hoggi GmbH dhe Invacare për të cilën edhe AK është në dijeni se asnjë prodhues në botë nuk prodhon të njëjta dimensionet për modele të këtyre karrigeve. Që dmth secili prodhues ka dimensionet e veta dhe nuk i përmbush ato të kërkuara në DT.

- Per pozicionin nga 1 deri ne 3 nuk egziston asnje prodhues ne bote (**Quicke, Sunrise Medical, B+B Medical, Panthera**) qe mund te i permbush specifikimet 100% dmth dimenzionet e kerkuar sipas DT
- Fakti qe AK kete aktivitet te prokurimit publik e ka publikuar per nje periudhe nga data e publikimi deri ne daten e hapjes per vetem 20 dite dhe duke kerkuar edhe moster ne ditën e hapjes atehere edhe me shume forcon pretendimet tona se pas kesaj qendron qellimi i ngushtimit te konkurrences ne vetem nje operator ekonomik, dhe ofertimi deri ne maksimum te buxhetit per kete aktivitet te prokurimit publik.

Specifikimet teknike favorizuese për OE Madekos sh.p.k nga njesia e kerkesës

Pretendim Ankimor-Specifikimet Teknike te Detyrueshme Aneksi 1-Favorizuese për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** per **pozicionin 1-Karroce me mbeshtetje posturale – speciale per femije te varur 100% ne karroce** , për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** per **pozicionin 2-Karroce me Mbeshtetje posturale- speciale per femije aktiv**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** per **pozicionin 3 Karroca per perdorim aktiv , per pozicionin 4,5,6 per prodhuesin invacare nga Anglia.**

-te përpiluara nga njesia e kerkesës janë përgatitur për Operatorin ekonomik **Madekos sh.p.k**

Autoriteti kontraktues me datën: 20.03.2024 ne platformen e-prokurimit ka ngritur dosjen e te cilen pasi kemi analizuar kerkesat e përzgjedhjes dhe specifikimet teknike te dosjes se tenderit kemi ardhur ne konkluzion se ne TËRËSI- Specifikimet teknike te detyrueshme Ankesi 1 jane ne përputhje me produktet e prodhuesit **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** per pozicionin 1- Karroce me mbeshtetje posturale – speciale per femije te varur 100% ne karroce , për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** per pozicionin 2-Karroce me Mbeshtetje posturale- speciale per femije aktiv, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** per pozicionin 3 Karroca per perdorim aktiv dhe per pozicionet 4,5,6 per prodhuesin **INVACARE** nga anglia. .

Praktike e thjeshte: Nese merren copy-paste specifikimet teknike te detyrueshme dhe vendosen ne www.google.com, menjehere nderlidhen me prodhuesit qe kemi cekur qe tregon haptas se jane favorizuese dhe kundërshtim me dispozitat e LPP-se.

Kerkesat e AK-se jane ne formen e kerkuar qe te gjitha karriket per perdorim tek personat paraplegjik dhe tetraplegjik jane fikse dhe eshte e pamundshme qe dy prodhues ne bote te kane dimenzionet egzakte, dhe me keto kerkesa AK ka ngushtuar apo parapercaktuar fituesin per kete aktivitet te prokurimit publik.

Pozicioni 1- Karroce me mbeshtetje posturale – speciale per femije te varur 100% ne karroce Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH:

Te kerkuara nga AK:

Nr	Artikulli	Sasia
1	Karroçë me mbështetje posturale - speciale për fëmijë të varur 100% në karroçë	200
	Karroca duhet të jetë me mundësi të kapaciteti të rritjes në lidhje me gjerësinë dhe thellësinë e sediljes, lartësinë e shpinës dhe gjatësinë e këmbëve, shumë funksionale dhe kompakte për veturë. Ndryshimi i shpejt i dorëzave shtytëse nga përpara në pjesën e pasme. Kontrollat e pozicionimit të sediljeve janë të vendosura në qendër për funksionim të lehtë. Karroca të ketë mundësi të modifikimit në përshtatje për nevoja individuale. Në tabelën më poshtë janë paraqitur specifikat e karroçës/ave duke përfshirë edhe ilustrime (kur është e aplikueshme).	

Pozicioni 2- pozicionin 2-Karroce me Mbeshtetje posturale- speciale per femije aktiv, Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH:
Te kerkuara nga AK:

Specifikat e Karrocës me mbështetje posturale - speciale për fëmijë aktiv			
	Madhësia S-20 copë	Madhësia M-60 copë	Madhësia XL-40 copë
Gjerësia e ulësës	36 cm	40 cm	44 cm
Gjerësia e ulësës brenda anësoreve	35,5 cm	39,5 cm	43,5 cm
Thellësia e ulësës	34 - 46 cm	38 - 50 cm	38 - 50 cm
Lartësia e ulësës	41 - 51 cm	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Këndet e ulësës	-5° to +45°	-5° to +45°	-5° to +45°
Lartësia e mbështetësës			
Këndet dhe Lartësia e Mbështetësës (e përshtatshme)	45 - 54 cm	50 - 59 cm	54 - 63 cm
Dorëzat shtytëse për asistim	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm
Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm
Këndet me mbështetësës së shpinës			
Këndet dhe Lartësia e Mbështetësës së shpinës	75° në 115° apo nga 80° në 120° (në 10° hapa)		
Dorëzat shtytëse për asistim	85° në 105° (në 5° hapa)		
Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	80° ne 120° (në 10° hapa)		
Gjatësia e mbajtësës së këmbëve	20 - 41 cm	20 - 41 cm	20 - 41 cm
Këndet e mbajtësëve të këmbëve	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°
Diametri i rrotave të pasme	22", 24"	22", 24"	22", 24"
Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Kapaciteti i ngarkesës	75 kg	75 kg	75 kg

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi GmbH pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 2:

<https://hoggi.de/en/products/mobility-bases/sherpa>



SPECIFICATIONS	GALLERY ACCESSORIES	DOWNLOADS	COLOURS
Seat width	36	40	44
Seat depth	29-54 cm	29-54 cm	29-54 cm
Seat height	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm
Seat angle (adjustable)	-7° to +45°	-7° to +45°	-7° to +45°
Backrest height	47-61 cm	47-61 cm	47-61 cm
Backrest width outer edge of back tubes	34,8 cm	38,8 cm	42,8 cm
Backrest angle (adjustable)	-80° to +123°	-80° to +123°	-80° to +123°
Lower leg length	21-41 cm	21-41 cm	21-41 cm
Footrest angle (adjustable)	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Rear wheel diameter	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"
Front wheel diameter	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"
Load capacity	134 kg	134 kg	134 kg

Pozicioni 3- Karroca per perdorim aktiv.

Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH:

Te kerkuara nga AK:

3	Karroca për përdorim aktiv				500
A		Madhësia e Kornizës M-100 copë	Madhësia e Kornizës L-100 copë	Madhësia e Kornizës XL-200 copë	
B	Gjerësia e ulëses	30 - 34 cm	30 - 38 cm	30 - 44 cm	
C					
D	Thellësia e ulëses	23 - 39 cm	24 - 44 cm	29 - 49 cm	
E	Lartësia e ulëses	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm	
F	Këndet e ulëses (të përshtatshme)	0° deri +10°	0° deri +10°	0° deri +10°	
G	Lartësia e mbështetëses së shinës	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	
H	Këndet e mbështetëses së shpinës				
J	Mbrapa, e papërkulshme	70° deri 115°	70° deri 115°	70° deri 115°	
K	Mbrapa, kënde të përshtatshme	70° deri 130°	70° deri 130°	70° deri 130°	
L	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm	
M	Këndet e mbështetëses së shpinës	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°	
N	Diametri i rrotave të pasme	20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"	
O	Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	
P	Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	

Q	Kapaciteti i ngarkesës	60 kg	80 kg	100 kg	
---	------------------------	-------	-------	--------	--

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi GmbH pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 3:

<https://hoggi.de/en/products/wheelchairs/active-wheelchairs/supra-2-0>

hoggi.de/en/products/wheelchairs/active-wheelchairs/supra-2-0

HOGGI

Fon: +49 (0) 2623.92499-0 | Email: info@hoggi.de

EN DE

COMPANY PRODUCTS SALES PARTNERS DOWNLOADS MY HOGGI

SPECIFICATIONS

DOWNLOADS

COLOURS

	Frame size 1	Frame size 2	Frame size 3
Seat width (SUPRA 2.0)	30 - 34 cm	30 - 38 cm	30 - 44 cm
Seat width (SUPRA 2.0 Abdu)	24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 38 cm
Seat depth	23 - 39 cm	24 - 44 cm	29 - 49 cm
Seat height	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm
Seat angle (adjustable)	0° to +10°	0° to +10°	0° to +10°
Back height	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm
Backrest angle			
Back, rigid	70° to 115°	70° to 115°	70° to 115°
Back, angle adjustable	70° to 130°	70° to 130°	70° to 130°
Lower leg length	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm
Footrest angle	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Rear wheel diameter	20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"
Front wheel diameter	4", 5", 5.5"	4", 5", 5.5"	4", 5", 5.5"
Camber	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Load capacity	60 kg (SW 24-32)	80 kg (SW 34-38)	100 kg (SW 40-44)

Ndersa per pozicionin numer 4,5 dhe 6 specifikimet teknike jane perpiluar pike per pike per prodhuesin Invacare me seli ne Angli.

Përpilimi i specifikeve teknike duke favorizuar prodhuesin nga Gjermania dhe prodhuesin nga Anglia nga njësia e kërkesës bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se ‘Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik”.

Përpilimi i specifikeve teknike duke favorizuar prodhuesin nga Gjermania dhe prodhuesin nga Anglia nga njësia e kërkesës bie ndesh me Nenin 20 te RrUOPP, si:

Paragrafi 3 “Specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimit.

Paragrafi 4 “Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të

panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara.

Përpilimi i specifikeve dke favoziuar dhe diskriminuar prodhues tje me produkte te ketyre furnizimeve, eshte ne kundërshtim edhe me Direktiven e BE qe e rregullon si Parim te Nenin 20 te RrUOPP:

Sa i përket direktivave të BE-së, parimi theksohet si në vijim:

“Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik.”

Duke ju referuar dispozitave të lartcekura dhe Nenit 7 Paragrafi 1 dhe 2 të LPP-se:

1. Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.
 2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.
- Kerkojme nga NJESIA E KERKESËS të SHSKUK të MODIFIKOJ në tërësi këto specifikime teknike të detyrueshme duke mundësuar konkurrence ne mes të prodhueseve për këto aktivitet të prokurimit që janë të peraferta me terma teknike që nuk e ndryshojnë kushtin material të kërkesave minimale teknike që janë të nevojshme për njesinë e kërkesës.
- Për shkak se është procedure e hapur dhe kerkohet nga autoriteti kontraktues të mundësoj konkurrence ne mes të tenderueseve apo prodhueseve, atehere kerkojme nga njesia e kërkesës të modifikoj specifikimet teknike që të na mundëson pjesëmarrjen në këtë procedure të prokurimit si të barabartë/shtim të konkurrencës me produktet e prodhuesit Hoggi dhe Invacare që janë të vendosura në dosje të tenderit respektivisht specifikimet teknike të detyrueshme aneksi 1 që janë favorizuese për OE Madekos sh.p.k

Njesia e kërkesës me përpilimin e specifikimeve teknike të dosjes së tenderit që janë në tërësi favorizuese për OE Madekos ka vepruar në kundërshtim me Rregullat të Udhezuesit Operativ për Prokurim Publik, Neni 10 Funksionet e Njesisë së kërkesës, Pika c “Siguron që nuk ka kufizime në specifikime ose term, në mënyrë që të sigurohet konkurrenca maksimale”, andaj në këtë rast nuk ka konkurrence maksimale por minimale apo vetëm një OE përmes prodhues të caktuar që kemi cekur si më lartë.

Duke u bazuar në ofertat që kemi marrur nga prodhuesit me Renome botërore rezulton se AK nese vazhdon me kufizimin e konkurrencës duke u bazuar në këto specifikime teknike, atehere do të demtoj buxhetin e Republikës së Kosovës për 3.5 milion euro.

Duke i marrur parasysh të gjithë qeshtjet të cekura më lartë, tregojnë qartazi që AK ka vepruar në kundërshtim me LPP-në

PROPOZIM

TE APROVOHET- *Ankesa* si e bazuar në tërësi.

TE Modifikohen Specifikimet teknike në atë mënyrë që të lejohet pjesëmarrja edhe për prodhues të tjerë.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet procedurale per tender!

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,*
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,*
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe*
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.*

****Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues*

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	00220-24-2499-1-1-1
Nr i brendshëm	220-24-037-1-1-1

Sa i përket tenderit për

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Interlab sh.p.k
NUI	601678008
Adresa	Rr. Lidhja e Pejës Nr.75
Vendi	FushëKosovë
Kodi postar	12000
Numri Telefonit	+38344517811
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Betim Sadriu
Adresa elektronike	interlab.shpk@gmail.com
Data e parashtrimit të kërkesës	15.03.2024

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtrojë kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-i
Adresa elektronike t



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës].

Autoriteti Kontraktues SHSKUK me date 20.03.2024 ka shpallur aktivitetin e prokurimit me titull "Furnizim me produkte për personat paraplegjik dhe tetraplegjik dhe me nr.prokurimi: 00220-24-2499-1-1-1 . Ne si OE jemi te interesuar te marrim pjese ne kete aktivitet te prokurimit.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒ Jo ☐

Hapja e ofertave eshte e parapare te ndodhe me daten 11.04.2024

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐ Jo ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

- Neni 1 Qëllimi
- Neni 7 Barazia në Trajtim/ Jo- Diskriminimi
- Neni 27 Dosja e Tenderit
- Neni 28 Specifikimet teknike

Rregullat te Udhezuesit Operativ per Prokurimin Publik

- Neni 10 Pika c Funksionet e Njesisë së Kërkesës
- Neni 11 Pika c Funksionet e Departamentit /Njesisë së Prokurimit
- Neni 20 Specifikimet Teknike

- Neni 60 Kriteret për Dhënien e Kontratës

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Kërkesë për rishqyrtim kundër dokumenteve të tenderit dhe njoftimit për kontratë brenda afatit ligjor parashtrohet nga ankuesi si pale me interes material në pajtim me Nenin 108/A Paragrafi 3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave.

Specifikimet teknike favorizuese për OE Madekos sh.p.k nga njesia e kerkesës

Pretendim Ankimor-Specifikimet Teknike të Detyrueshme Aneksi 1-Favorizuese për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** për **pozicionin 1- Karroce me mbështetje posturale – speciale për femije të varur 100% në karroce**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** për **pozicionin 2-Karroce me Mbështetje posturale- speciale për femije aktiv**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** për **pozicionin 3 Karroca për përdorim aktiv**, për **pozicionin 4,5,6 për prodhuesin invacare nga Anglia.**

-te përpiluara nga njesia e kerkesës janë përgatitur për Operatorin ekonomik **Madekos sh.p.k**

Autortiteti kontraktues me datën: 20.03.2024 në platformën e-prokurimit ka ngritur dosjen e të cilën pasi kemi analizuar kërkesat e përzgjedhjes dhe specifikimet teknike të dosjes së tenderit kemi ardhur në konkluzion se në TËRËSI- Specifikimet teknike të detyrueshme Ankesi 1 janë në përputhje me produktet e prodhuesit **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** për pozicionin 1- Karroce me mbështetje posturale – speciale për femije të varur 100% në karroce, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** për pozicionin 2-Karroce me Mbështetje posturale- speciale për femije aktiv, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** për pozicionin 3 Karroca për përdorim aktiv dhe për pozicionet 4,5,6 për prodhuesin **INVACARE** nga anglia. .

Praktike e thjeshtë: Nëse merren copy-paste specifikimet teknike të detyrueshme dhe vendosen në www.google.com, menjëherë nderlidhen me prodhuesit që kemi çekur që tregojnë haptas se janë favorizuese dhe kundërshtim me dispozitat e LPP-se.

Kërkesat e AK-se janë në formën e kërkuar që të gjitha karriket për përdorim tek personat paraplegjik dhe tetraplegjik janë fikse dhe është e pamundshme që dy prodhues në bote të kane dimensionet egzakta, dhe me këtë kërkesë AK ka ngushtuar apo parapercaktuar fituesin për këto aktivitet të prokurimit publik.

Pozicioni 1- Karroce me mbështetje posturale – speciale për femije të varur 100% në karroce

Specifikimet e kërkuara nga njesia e kerkesës janë Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH :

Te kerkuara nga AK:

Nr	Artikulli				Sasia
1	Karrocë me mbështetje posturale - speciale për fëmijë të varur 100% në karrocë				200
	Karroca duhet të jetë me mundësi të kapaciteti të rritjes në lidhje me gjerësinë dhe thellësinë e sediljes, lartësinë e shpinës dhe gjatësinë e këmbëve, shumë funksionale dhe kompakte për veturë. Ndryshimi i shpejt i dorëzave shtytëse nga përpara në pjesën e pasme. Kontrollet e pozicionimit të sediljeve janë të vendosura në qendër për funksionim të lehtë. Karroca të ketë mundësi të modifikimit në përshtatje për nevoja individuale. Në tabelën më poshtë janë paraqitur specifikat e karrocës/ave duke përfshirë edhe ilustrime (kur është e aplikueshme).				
		Madhësia S -50 copë	Madhësia M-100 copë	Madhësia XL-50 copë	
A	Gjerësia e ulëses	18 - 30 cm	23 - 35 cm	23 - 35 cm	
B	Thellësia e ulëses	16 - 34 cm	22 - 40 cm	30 - 45 cm	
	Njësia e lëvizjes së ulëses				
C	Njësia e ulëses përpara	45°	45°	45°	
D	Njësia e ulëses mbrapa	45°	45°	-	
E	Lartësia e mbështetëses	45 - 63 cm	54 - 75 cm	62 - 83 cm	
F	Pjerrtësia / Shtrirja	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°	
G	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve (kur mbajtësja është, 90°)	16 - 37 cm	16 - 40 cm	16 - 40 cm	
H	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve (kur mbajtësja përshtat)	19 - 40 cm	19 - 40 cm	19 - 40 cm	
J	Dorëzat shtytëse për asistim	75 - 110 cm	75 - 110 cm	86 - 118 cm	
K	Gjerësia e përgjithshme	63 cm	68 cm	68 cm	
L	Madhësia e karrocës së palosur (gjatësia x gjerësia x lartësia)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	
	Limiti i peshës së ngarkuar				
I	Njësia e ulëses	50 kg	50 kg	50 kg	
J	Baza e karrocës	60 kg	60 kg	60 kg	

**Pozicioni 2- pozicionin 2-Karroce me Mbeshtetje posturale- speciale per femije aktiv,
Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH
:
Te kerkuara nga AK:**

2	Specifikat e Karrocës me mbështetje posturale - speciale për fëmijë aktiv				120
		Madhësia S-20 copë	Madhësia M-60 copë	Madhësia XL-40 copë	
A	Gjerësia e ulëses	36 cm	40 cm	44 cm	
B	Gjerësia e ulëses brenda anësoreve	35,5 cm	39,5 cm	43,5 cm	
C	Thellësia e ulëses	34 - 46 cm	38 - 50 cm	38 - 50 cm	
D	Lartësia e ulëses	41 - 51 cm	41 - 51 cm	41 - 51 cm	
E	Këndet e ulëses	-5° to +45°	-5° to +45°	-5° to +45°	
F	Lartësia e mbështetës				
G	Këndet dhe Lartësia e Mbështetës (e përshtatshme)	45 - 54 cm	50 - 59 cm	54 - 63 cm	
H	Dorëzat shtytëse për asistim	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm	
J	Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm	
K	Këndet me mbështetës së shpinës				
L	Këndet dhe Lartësia e Mbështetës së shpinës	75° në 115° apo nga 80° në 120° (në 10° hapa)			
M	Dorëzat shtytëse për asistim	85° në 105° (në 5° hapa)			
N	Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	80° ne 120° (në 10° hapa)			
O	Gjatësia e mbajtësës së këmbëve	20 - 41 cm	20 - 41 cm	20 - 41 cm	
P	Këndet e mbajtësëve të këmbëve	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°	
Q	Diametri i rrotave të pasme	22", 24"	22", 24"	22", 24"	
R	Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	
S	Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	
T	Kapaciteti i ngarkesës	75 kg	75 kg	75 kg	

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi Gmbh pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 2:

<https://hoggi.de/en/products/mobility-bases/sherpa>



SPECIFICATIONS	GALLERY ACCESSORIES	DOWNLOADS	COLOURS
Seat width	36	40	44
Seat depth	29-54 cm	29-54 cm	29-54 cm
Seat height	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm
Seat angle (adjustable)	-7° to +45°	-7° to +45°	-7° to +45°
Backrest height	47-61 cm	47-61 cm	47-61 cm
Backrest width outer edge of back tubes	34,8 cm	38,8 cm	42,8 cm
Backrest angle (adjustable)	-80° to +123°	-80° to +123°	-80° to +123°
Lower leg length	21-41 cm	21-41 cm	21-41 cm
Footrest angle (adjustable)	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Rear wheel diameter	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"
Front wheel diameter	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"
Load capacity	134 kg	134 kg	134 kg

Pozizioni 3- Karroca per perdorim aktiv.

Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH :

Te kerkuara nga AK:

3	Karroca për përdorim aktiv				500
A		Madhësia Kornizës M-100 copë e	Madhësia Kornizës L-100 copë e	Madhësia e Kornizës XL-200 copë e	
B	Gjerësia e ulëses	30 - 34 cm	30 - 38 cm	30 - 44 cm	
C					
D	Thellësia e ulëses	23 - 39 cm	24 - 44 cm	29 - 49 cm	
E	Lartësia e ulëses	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm	
F	Këndet e ulëses (të përshtatshme)	0° deri +10°	0° deri +10°	0° deri +10°	
G	Lartësia mbështetëses së shinës e	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	
H	Këndet e mbështetëses së shpinës				
J	Mbrapa, papërkulshme e	70° deri 115°	70° deri 115°	70° deri 115°	
K	Mbrapa, kënde të përshtatshme	70° deri 130°	70° deri 130°	70° deri 130°	
L	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm	
M	Këndet mbështetëses së shpinës e	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°	
N	Diametri i rrotave të pasme	20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"	
O	Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	
P	Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	
Q	Kapaciteti i ngarkesës	60 kg	80 kg	100 kg	

<https://hoggi.de/en/products/wheelchairs/active-wheelchairs/supra-2-0>

Paragrafi 4 “Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të

panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara.

Përpilimi i specifikimeve dhe favorizuar dhe diskriminuar prodhueses tjere me produkte te ketyre furnizimeve, eshte ne kundërshtim edhe me Direktiven e BE qe e rregullon si Parim te Nenin 20 te RrUOPP:

Sa i përket direktivave të BE-së, parimi theksohet si në vijim:

“Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik.”

Duke ju referuar dispozitave te lartcekura dhe Nenit 7 Paragrafi 1 dhe 2 te LPP-se:

1. Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik.

Kerkojme nga NJESIA E KERKESËS te SHSKUK te MODIFIKOJ ne tërësi këto specifikime teknike te detyrueshme duke mundësuar konkurrence ne mes te prodhueseve per kete aktivitet te prokurimit qe jane te peraferta me terma teknike qe nuk e ndryshojne kushtin material te kerkesave minimale teknike qe jane te nevojshme për njesine e kerkesës.

Per shkak se eshte procedure e hapur dhe kerkohet nga autoriteti kontraktues te mundesoj konkurrence ne mes te tenderueseve apo prodhueseve, atehere kerkojme nga njesia e kerkeses te modifikoj specifikimet teknike qe te na mundeson pjesemarrjen ne kete procedure te prokurimit si te barabarte/shtim te konkurences me produktet e prodhuesit Hoggi dhe Invacare qe jane te vendosura ne dosje te tenderit respektivisht specifikimet teknike te detyrueshme aneksi 1 qe jane favorizuese për OE Madekos sh.p.k

Njesia e kërkesës me përpilimin e specifikimeve teknike te dosjes se tenderit qe janë ne tërësi favorizuese për OE Madekos ka vepruar ne kundërshtim me Rregullat te Udhëzuesit Operativ për Prorokuimn Publik, Neni 10 Funksionet e Njesisë së kërkesës, Pika c “Siguron që nuk ka kufizime në specifikime ose term, në mënyrë që të sigurohet konkurrenca maksimale”, andaj ne ketë rast nuk ka konkurrence maksimale por minimale apo vetëm një OE përmes prodhues te caktuar qe kemi cekur si me lartë.

Duke u bazuar ne ofertat qe kemi marrur nga prodhuesit me Renome boterore rezulton se AK nese vazhdon me kufizimin e konkurences duke u bazuar ne keto specifikime teknike, atehere do te demtoj buxhetin e Republikës se Kosoves per 3.5 milion euro.

Duke i marrur parasysh te gjithë qeshtjet te cekura me larte, tregojne qartazi qe AK ka vepruar ne kundërshtim me LPP-ne

PROPOZIM

TE APROVOHET- *Kerkesa per rishqyrtim* si e bazuar ne teresi.

TE Modifikohen Specifikimet teknike ne ate menyre qe te lejohet pjesemarrja edhe per prodhues te tjere.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet procedurale per tender!

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit*



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës-(SHSKUK)

Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova-(UBKSK)

Hospital and University Clinical Service of Kosovo-(HUCSK)

NGA/OD/FROM:	Shefi i Prokurimit të SHSKUK-së				
TEMA/ SUBJEKAT /SUBJECT:	Vendim për Refuzim të kërkesave për Rishqyrtim				
Nr. i zyrës:	7	Lokacioni:	Prokurimi	Data:	08.04.2024
Br. kancelarije:		Kucni:		Datum:	
Room No.:		Extension:		Date:	

Bazuar në Nenin 108A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe të një kërkesë për Rishqyrtim, Autoritetit Kontraktues SHSKUK e mori këtë:

VENDIM

Refuzohet kërkesa për rishqyrtim si e pa bazuar

Arsyetim

Lidhur me tenderin: “Furnizim me produkte për personat paraplegjik dhe tetraplegjik” me nr të prokurimit: 00220-24-2499-1-1-1, nr i brendshëm: 220-24-037-1-1-1, me datë: 04.04.2024- AK-SHSHKUK, ka pranuar një kërkesë për rishqyrtim:

Pretendimet e OE Ankues:

Kërkesë për rishqyrtim kundër dokumenteve të tenderit dhe njoftimit për kontratë brenda afatit ligjor parashtrohet nga ankuesi si pale me interes material në pajtim me Nenin 108/A Paragrafi 3.1 në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave.

Specifikimet teknike favorizuese për OE Madekos sh.p.k nga njesia e kërkesës

Pretendim Ankimor-Specifikimet Teknike të Detyrueshme Aneksi 1-Favorizuese për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** për pozicionin 1- **Karroce me mbështetje posturale – speciale për femije të varur 100% në karroce**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** për pozicionin 2-**Karroce me Mbështetje posturale- speciale për femije aktiv**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** për pozicionin 3 **Karroca për përdorim aktiv**, për pozicionin 4,5,6 për prodhuesin **invacare nga Anglia**.

-te përpiluara nga njesia e kërkesës janë përgatitur për Operatorin ekonomik **Madekos sh.p.k**

Autortieti kontraktues me datën: 20.03.2024 në platformën e-prokurimit ka ngritur dosjen e të cilën pasi kemi analizuar kërkesat e përzgjedhjes dhe specifikimet teknike të dosjes së tenderit kemi ardhur në konkluzion se në TËRËSI- Specifikimet teknike të detyrueshme Aneksi 1 janë në përputhje me produktet e prodhuesit **HOGGI GmbH** dhe modelin **Bingo evolution** për pozicionin 1- **Karroce me mbështetje posturale – speciale për femije të varur 100% në karroce**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Sherpa 3007** për pozicionin 2-**Karroce me Mbështetje posturale- speciale për femije aktiv**, për prodhuesin **HOGGI GmbH** dhe modelin **Supra 2.0** për pozicionin 3 **Karroca për përdorim aktiv** dhe për pozicionet 4,5,6 për prodhuesin **INVACARE nga anglia**.

Praktike e thjeshte: Nese merren copy-paste specifikimet teknike te detyrueshme dhe vendosen ne www.google.com, menjehere nderlidhen me prodhuesit qe kemi cekur qe tregon haptas se jane favorizuese dhe kundershtim me dispozitat e LPP-se.

Kerkesat e AK-se jane ne formen e kerkuar qe te gjitha karriket per perdorim tek personat paraplegjik dhe tetraplegjik jane fikse dhe eshte e pamundshme qe dy prodhues ne bote te kane dimensionet egzakte, dhe me keto kerkesa AK ka ngushtuar apo parapercaktuar fituesin per kete aktivitet te prokurimit publik.

Pozicioni 1- Karroce me mbeshtetje posturale – speciale per femije te varur 100% ne karroce
Specifikimet e kerkuara nga njësia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH :
Te kerkuara nga AK:

Nr	Artikulli				Sasia
1	Karroce me mbështetje posturale - speciale për fëmijë të varur 100% në karrocë				200
	Karroca duhet të jetë me mundësi të kapaciteti të rritjes në lidhje me gjerësinë dhe thellësinë e sediljes, lartësinë e shpinës dhe gjatësinë e këmbëve, shumë funksionale dhe kompakte për veturë. Ndryshimi i shpejt i dorëzave shtytëse nga përpara në pjesën e pasme. Kontrollat e pozicionimit të sediljeve janë të vendosura në qendër për funksionim të lehtë. Karroca të ketë mundësi të modifikimit në përshtatje për nevoja individuale. Në tabelën më poshtë janë paraqitur specifikat e karrocës/ave duke përfshirë edhe ilustrime (kur është e aplikueshme).				
		Madhësia S -50 copë	Madhësia M-100 copë	Madhësia XL-50 copë	
A	Gjerësia e ulëses	18 - 30 cm	23 - 35 cm	23 - 35 cm	
B	Thellësia e ulëses	16 - 34 cm	22 - 40 cm	30 - 45 cm	
	Njësia e lëvizjes së ulëses				
C	Njësia e ulëses përpara	45°	45°	45°	
D	Njësia e ulëses mbrapa	45°	45°	-	
E	Lartësia e mbështetëses	45 - 63 cm	54 - 75 cm	62 - 83 cm	
F	Pjerrtësia / Shtrirja	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°	
G	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve (kur mbajtësja është, 90°)	16 - 37 cm	16 - 40 cm	16 - 40 cm	
H	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve (kur mbajtësja përshtat)	19 - 40 cm	19 - 40 cm	19 - 40 cm	
J	Dorëzat shtytëse për asistim	75 - 110 cm	75 - 110 cm	86 - 118 cm	
K	Gjerësia e përgjithshme	63 cm	68 cm	68 cm	
L	Madhësia e karrocës së palosur (gjatësia x gjerësia x lartësia)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	
	Limiti i peshës së ngarkuar				
I	Njësia e ulëses	50 kg	50 kg	50 kg	
J	Baza e karrocës	60 kg	60 kg	60 kg	

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi GmbH pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 1:

<https://hoggi.de/en/products/rehab-pushchairs-rehab-buggies/bingo-evolution>

SPECIFICATIONS

GALLERY ACCESSORIES

DOWNLOADS

VIDEO

COLOURS

	Size 1	Size 2	Size 2 XL
Seat width	18 - 30 cm	23 - 35 cm	23 - 35 cm
Seat depth	16 - 34 cm	22 - 40 cm	30 - 45 cm
Tilt in space seat unit			
Seat unit front facing	45°	45°	45°
Seat unit rear facing	45°	45°	-
Back height	45 - 63 cm	54 - 75 cm	62 - 83 cm
Recline	90° - 160°	90° - 160°	90° - 135°
Lower leg length (footrest hanger, 90°)	16 - 37 cm	10 - 40 cm	16 - 40 cm
Lower leg length (footrest hanger, angle adjustable)	19 - 40 cm	19 - 40 cm	19 - 40 cm
Height of push bar	75 - 110 cm	75 - 110 cm	86 - 116 cm
Overall width	63 cm	68 cm	68 cm
Folding size (L x W x H)	78 x 62 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm	78 x 67 x 38 cm
Weight limit			
Seat unit	50 kg	50 kg	50 kg
Mobility base	60 kg	60 kg	60 kg

Pozicioni 2- pozicionin 2-Karroce me Mbeshtetje posturale- speciale per femije aktiv,
Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH :

Te kerkuara nga AK:

2	Specifikat e Karrocës me mbështetje posturale - speciale për fëmijë aktiv				120
		Madhësia S-20 copë	Madhësia M-60 copë	Madhësia XL-40 copë	
A	Gjerësia e ulëses	36 cm	40 cm	44 cm	
B	Gjerësia e ulëses brenda anësoreve	35,5 cm	39,5 cm	43,5 cm	
C	Thellësia e ulëses	34 - 46 cm	38 - 50 cm	38 - 50 cm	
D	Lartësia e ulëses	41 - 51 cm	41 - 51 cm	41 - 51 cm	
E	Këndet e ulëses	-5° to +45°	-5° to +45°	-5° to +45°	
F	Lartësia e mbështetës				
G	Këndet dhe Lartësia e Mbështetës (e përshtatshme)	45 - 54 cm	50 - 59 cm	54 - 63 cm	
H	Dorëzat shtytëse për asistim	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm	
J	Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	43 - 55 cm	45 - 57 cm	48 - 60 cm	
K	Këndet me mbështetës së shpinës				
L	Këndet dhe Lartësia e Mbështetës së shpinës	75° në 115° apo nga 80° në 120° (në 10° hapa)			
M	Dorëzat shtytëse për asistim	85° në 105° (në 5° hapa)			
N	Dorëzat shtytëse të varura dhe të përshtatshme në kënde	80° ne 120° (në 10° hapa)			

O	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve	20 - 41 cm	20 - 41 cm	20 - 41 cm	
P	Këndet e mbajtëseve të këmbëve	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°	
Q	Diametri i rrotave të pasme	22", 24"	22", 24"	22", 24"	
R	Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	
S	Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	
T	Kapaciteti i ngarkesës	75 kg	75 kg	75 kg	

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi GmbH pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 2:

<https://hoggi.de/en/products/mobility-bases/sherpa>

hoggi.de/en/products/mobility-bases/sherpa

HOGGI®

Fon: +49 (0) 2623 52498-0 | Email: info@hoggi.de

EN DE

COMPANY PRODUCTS SALES PARTNERS DOWNLOADS MY HOGGI

SPECIFICATIONS

GALLERY ACCESSORIES

DOWNLOADS

COLOURS

Seat width	36	40	44
Seat depth	29-54 cm	29-54 cm	29-54 cm
Seat height	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm	45, 48, 50 cm
Seat angle (adjustable)	-7° to +45°	-7° to +45°	-7° to +45°
Backrest height	47-61 cm	47-61 cm	47-61 cm
Backrest width outer edge of back tubes	34,6 cm	38,8 cm	42,8 cm
Backrest angle (adjustable)	-80° to +123°	-80° to +123°	-80° to +123°
Lower leg length	21-41 cm	21-41 cm	21-41 cm
Footrest angle (adjustable)	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Rear wheel diameter	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"
Front wheel diameter	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"
Load capacity	134 kg	134 kg	134 kg

Pozicioni 3- Karroca per perdorim aktiv.

Specifikimet e kerkuara nga njesia e kerkeses jane Copy paste nga katalogu i prodhuesit Hoggi GmbH :

Te kerkuara nga AK:


3	Karroca për përdorim aktiv				500
A		Madhësia e Kornizës M-100 copë	Madhësia e Kornizës L-100 copë	Madhësia e Kornizës XL-200 copë	
B	Gjerësia e ulëses	30 - 34 cm	30 - 38 cm	30 - 44 cm	
C					
D	Thellësia e ulëses	23 - 39 cm	24 - 44 cm	29 - 49 cm	
E	Lartësia e ulëses	36 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm	
F	Këndet e ulëses (të përshtatshme)	0° deri +10°	0° deri +10°	0° deri +10°	
G	Lartësia e	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	

	mbështetëses së shpinës				
H	Këndet e mbështetëses së shpinës				
J	Mbrapa, e papërkulshme	70° deri 115°	70° deri 115°	70° deri 115°	
K	Mbrapa, kënde të përshtatshme	70° deri 130°	70° deri 130°	70° deri 130°	
L	Gjatësia e mbajtëses së këmbëve	16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm	
M	Këndet e mbështetëses së shpinës	-10° deri +10°	-10° deri +10°	-10° deri +10°	
N	Diametri i rrotave të pasme	20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"	
O	Diametri i rrotave të përparme	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	
P	Hapësira në mes unazës shtytëse dhe rrotës	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	
Q	Kapaciteti i ngarkesës	60 kg	80 kg	100 kg	

Specifikimet ne Katalogun e prodhuesit Hoggi GmbH pike per pike te njejta me ato te kerkuara nga AK per pozicionin numer 3:

<https://hoggi.de/en/products/wheelchairs/active-wheelchairs/supra-2-0>

hoggi.de/en/products/wheelchairs/active-wheelchairs/supra-2-0

		Fon: +49 (0) 202597459-0 Email: info@hoggi.de EN DE		
		COMPANY PRODUCTS SALES PARTNERS DOWNLOADS MY HOGGI		
		SPECIFICATIONS DOWNLOADS COLOURS		
		Frame size 1	Frame size 2	Frame size 3
Seat width (SUPRA 2.0)		30 - 34 cm	30 - 38 cm	30 - 44 cm
Seat width (SUPRA 2.0 Abdu)		24 - 34 cm	28 - 38 cm	28 - 38 cm
Seat depth		23 - 39 cm	24 - 44 cm	29 - 49 cm
Seat height		35 - 45 cm	38 - 47 cm	43 - 51 cm
Seat angle (adjustable)		0° to +10°	0° to +10°	0° to +10°
Back height		20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm	20, 25, 30, 35 cm
Backrest angle				
Back rigid		70° to 115°	70° to 115°	70° to 115°
Back angle adjustable		70° to 130°	70° to 130°	70° to 130°
Lower leg length		16 - 40 cm	19 - 41 cm	23 - 46 cm
Footrest angle		-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
Rear wheel diameter		20", 22"	20", 22", 24"	22", 24"
Front wheel diameter		4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"	4", 5", 5,5"
Camber		3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°
Load capacity		60 kg (SW 24-32)	80 kg (SW 34-38)	100 kg (SW 40-44)

Ndersa per pozicionin numer 4,5 dhe 6 specifikimet teknike jane perpiluar pike per pike per prodhuesin Invacare me seli ne Angli.

Përpilimi i specifikimeve teknike duke favorizuar prodhuesin nga Gjermania dhe prodhuesin nga Anglia nga njësia e kërkesës bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se ‘Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuar drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik”.

Përpilimi i specifikimeve teknike duke favorizuar prodhuesin nga Gjermania dhe prodhuesin nga Anglia nga njësia e kërkesës bie ndesh me Nenin 20 te RrUOPP, si:

Paragrafi 3 “Specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo- diskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit,

dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimi.

Paragrafi 4 “Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara.

Përpilimi i specifikimeve dke favorizuar dhe diskriminuar prodhues tjerë me produkte të këtyre furnizimeve, është në kundërshtim edhe me Direktivën e BE që e rregullon si Parimi të Nenit 20 të RrUOPP:

Sa i përket direktivave të BE-së, parimi theksohet si në vijim:

“Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik.”

Duke ju referuar dispozitave të lartcekura dhe Nenit 7 Paragrafi 1 dhe 2 të LPP-se:

1. Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

2. Autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shumë operatoreve ekonomik.

Kërkojmë nga NJESIA E KERKESËS të SHSKUK të MODIFIKOJ në tërësi këto specifikime teknike të detyrueshme duke mundësuar konkurrence në mes të prodhuesve për këto aktivitete të prokurimit që janë të përafërta me terma teknike që nuk e ndryshojnë kushtin material të kërkesave minimale teknike që janë të nevojshme për njësine e kërkesës.

Për shkak se është procedure e hapur dhe kërkohej nga autoriteti kontraktues të mundësojë konkurrence në mes të tenderuesve apo prodhuesve, atëherë kërkojmë nga njësia e kërkesës të modifikoj specifikimet teknike që të na mundëson pjesëmarrjen në këto procedure të prokurimit si të barabartë/shtim të konkurrencës me produktet e prodhuesit Hoggi dhe Invacare që janë të vendosura në dosje të tenderit respektivisht specifikimet teknike të detyrueshme aneksi 1 që janë favorizuese për OE Madekos sh.p.k Njësia e kërkesës me përpilimin e specifikimeve teknike të dosjes së tenderit që janë në tërësi favorizuese për OE Madekos ka vepruar në kundërshtim me Rregullat të Udhezuesit Operativ për Prokurimn Publik, Neni 10 Funkcionet e Njësive të kërkesës, Pika c “Siguron që nuk ka kufizime në specifikime ose term, në mënyrë që të sigurohet konkurrenca maksimale”, andaj në këtë rast nuk ka konkurrence maksimale por minimale apo vetëm një OE përmes prodhues të caktuar që kemi cekur si më lartë.

Duke u bazuar në ofertat që kemi marrur nga prodhuesit me Renome botërore rezultojnë se AK nëse vazhdon me kufizimin e konkurrencës duke u bazuar në këto specifikime teknike, atëherë do të demtoj buxhetin e Republikës së Kosovës për 3.5 milion euro.

Duke i marrur parasysh të gjithë qeshtjet të cekura më lartë, tregojnë qartazi që AK ka vepruar në kundërshtim me LPP-në

PROPOZIM

TE APROVOHET- Kërkesa për rishqyrtim si e bazuar në teresi.

TE Modifikohen Specifikimet teknike në atë mënyrë që të lejohet pjesëmarrja edhe për prodhues të tjerë.

Përgjigje nga Njësia Kërkuese ne pretendimet e OE Ankues:

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të Udhëzimit Administrative nr. 11/2022 për përcaktimin e listës, llojeve dhe pajisjeve ndihmëse që ofrohen falas për personat paraplegjik dhe tetraplegjik që shërbejnë për lëvizje, parandalim dhe asistim.

Sigurimi ë këtyre pajisjeve të cilat do të ofrohen falas për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, do të ndihmesë e madhe në përmirësimin e kualitetit dhe ngritjen e mirëqenies të jetesës së tyre.

Ju njoftojmë që specifikat e pajisjeve në fjalë nuk janë marrë vetëm nga një prodhues, për arsyeje se fillimisht nuk përdoren vetëm nga një diagnozë e caktuar dhe nuk do të përdoren vetëm nga një person.

Pra sipas këtyre specifikave, do të mund të ofrohen karroca kualitative që i prodhojnë disa prodhues të njohur si: B+B WHEELCHAIR, SUNRISE MEDICAL, QUICKIE, PANTHERA, por ka dhe prodhues tjerë që kanë specifika të njëjta të cilat përputhen edhe me specifikat dhe kërkesat të cilat i kemi përshkruar e që mund të jenë edhe të adaptuara për personin i cili e përdor.

Në këtë rast specifikat teknike janë hartuar duke kombinuar karakteristikat teknike të më së paku pesë (5) prodhuesve që kanë produkte kualitative, të cilat do të jenë të përshtatura dhe të adaptuara për personat/përdoruesit e karrocave në vendin tonë. Për t'ua sqaruar edhe më mirë, këto pajisje/karroca mund edhe të adaptohen/përshtaten personit edhe në situatat kur personi mund të shtojë apo të humb peshë e që në këto raste, personi nuk ka nevojë për ndërrim/pranim të pajisjes tjetër. Duhet përmendur që pajisjet në fjalë, mund të përdorin në kohë më të gjatë pa pasur nevojë për riparime të shpeshta dhe gjithmonë duke u bazuar në UA i cili e përcakton edhe kohën/periudhën e dhënies së karrocës/pajisjes për një person.

Për më shumë sqarim, tek Pika 2 ku kërkohet "Specifikat e Karrocës me mbështetje posturale - speciale për fëmijë aktiv", në kuadër të Specifikimit teknik, janë së paku 17 kritere të kërkuara për secilën prej 3 madhësive. Ndërsa sipas referimit të cekur nga Operatori Ekonomik ku përshkruhet lloji i pajisjes vërehet qartë se kjo nuk qëndron. Pra, një krahasimin i cili mund të vërehet shumë lehtë sepse specifikacioni teknik minimal në kuadër të dosjes së tenderit dallon nga ai të cilin Operatori Ekonomik i është referuar në kërkesën e tij, kemi një dallim komplet të përshkrimit teknik. Shihet se nga 17 Pika të kërkuara për njërin prej madhësive, 16 kritere janë të kundërta nga ato të cilat i është referuar.

Pra, duke u bazuar në përvojat tona dhe kërkesat e deritanishme, konsiderojmë se këto pajisje janë ndër më të përshtatshmet dhe me të kërkuarat për fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara në mënyrë që të kenë mundësinë të përdorin për kohë më të gjatë. Gjithashtu këto pajisje siç e përmendëm edhe më lartë, kanë edhe mundësinë për t'ju adaptuar personit i cili e përdor, për çka kemi pasur raste të pranimit edhe të ndonjë donacioni të këtyre lloj pajisjeve të cilat kanë të cilësisë së lartë.

AK-SHKUK - konsideron se kjo kërkesë për rishqyrtim është e pabazuar, dhe si të tillë refuzohet.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të parashtoj ankesë pranë OSHP-së konform Nenit 112 të LPP-së.