

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **SPITALI SHEIKH ZAYED**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **10/220/70050/00000/0731-23-6982-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me paisje mjeksore- LOT 3**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Andident

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Dibres

(Adresa)

Ferizaj

(Vendi)

048-835-656

(Numri Telefonit)

70000

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

Behxhet Hashani

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

andident@live.com

(Adresa elektronike)

16.08.2023

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)



*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

B05 Njoftim per Kontrat me daten 12.07.2023
Refuzimi i Kërkeses per Rishqyrtim daten 15.08.2023
Afati për dorëzimin e ofertave me daten 18.08.2023

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☒

Jo ☐

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☐

Jo ☐

Refuzimi i Kërkesë për rishqyrtim 15.08.2023

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Aktivitet të prokurimit është në kundërshtim me Ligjit të Prokurimit Publik, nr.04/L-042

Neni 1 -Qellimi i ligjit;

Neni 7 -Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi

Neni 28-Specifikimet teknike

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Pretendimet ankimore se specifikimet teknike të detyrueshme i janë përshtatur në tërësi një prodhuesi të caktuar dhe kjo është kundërshtim me Nenin 7 dhe 28 të LPP-se, sepse janë specifika favorizuese dhe diskriminuese për prodhues tjerë dhe OE që shprehin interes për ofertim përmes procedurës së hapur që është qëllimi konkurrence dhe trajtim i barabartë. Duke marr parasysh se AK sidomos në instancione shëndetësore janë duke bërë vlersim po thuaj shkronje për shkronje apo numër për numër ku këto vlersime po eliminojnë të gjitha ofertat e OE edhe rrjedhimisht AK po abuzojn me parane publike duke mos marr parasysh qëllim të pasijes dhe aktivitetin e prokurimit.

Ne sqarime të dhëna nga AK nuk jep mundësi OE tjerë pjesëmarr të tender duke mos jape mundësi të ofertoj me paisjet të përafërta po me devijime të vogla por vetëm identike, ju lutem shikoni Vendim të AK për Refuzim të Kërkesës për rishqyrtim të datës 15.08.2023.

LOT 3 - Furnizim me paisje mjeksore

Specifikimet teknike të detyrueshme janë favorizuese për një OE të caktuar sepse të gjitha parametrat teknike të kërkuara në dosje të tenderit i përputhen në tërësi produktit-modeli e cekur më poshtë.

Pra janë vetëm kopë/past shiko pozicionin 1 dhe pozicionin 2 janë të prodhuesit Aspel shik pozicionin 1 dhe link <https://www.aspel.com.pl/en/comparison-tool>,9 vetëm me disa ndryshime të vogla të cilat kanë pesë gjatë përthim nga anglisht në sqip.

Pozicionin 3 dhe 4 janë të prodhuesit Turmed pra janë vetëm kopë/past shiko provat dhe deshimin e bashkëngjiturë pra prova me nr 1 dhe prova e nr 2 pra janë kopë/past vetëm me disa ndryshime të vogla gjatë përthimit ku edhe modelin e ka përcaktuar AK pra modelin 4- Shtreter për pacient të urgjencës TM- C3033 pra shiko deshimin më poshtë apo Proven 1 ose link <https://www.turmedonline.com/Urune/emergency-stretcher> 5553.

4	Shtreter për pacient të urgjencës TM- C3033	copë	3
Specifikimet teknike			
Kornizë metalike.			
Platformë dysheku, laminat kompakt HPL)			
Rregullimi i lartësisë me hidraulik			
Trendelenburg dhe trendelenburg i kundërt (hidraulik).			


TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions : 1965 x 780 mm
Mattress Platform : 1850 x 400 mm
Mattress thickness : 80 mm
Height Adjustment : 770 - 1060 mm
Backrest max. angle : 70°
Footrest max. angle : 30°
Trendelenburg / Rev.trendelenburg : + 18° / - 18°
Height of side rails : 270 mm
Under bed clearance : 130 mm
Castors diameter : 150 mm
Max. weight load : 125 kg
Max. Loading capacity : 250 kg

OPTIONAL FEATURES

- Safety belt.
- X-Ray cassette holder.

TM-C 3033

 **turmed**
HOSPITAL EQUIPMENT

Specifikacione e AK jane me poshte pozicioni 3

3	Tavoline per ekzaminime Gjinekologjike
	Specifikimet teknike
	Rregullimi i lartësisë me motor
	Rregullimi i mbështetëses me motor
	Mbështetëse e këmbëve
	Trendelenburg me motor
	Kontrolli i grupit të këmbëve.
	Doreza e sipërme ngritëse.
	Mbështetja e krahut në të dy anët
	Jashtë. i zbehtë. 87x216 cm
	Dyshek i zbehtë. 56 x 18 cm
	Lartësia nga 61 deri në 101 cm
	Këndi maksimal i mbështetëses 70 °
	Trendelenburg 12 °
	Pesha 250 kg
	Veshje e trupit të barkut
	Binarët aksesorë
	Enë për grumbullimin e mbetjeve
	Mbulesa e dyshekut antibakterial, rezistente ndaj lëngjeve
	Mbulesa e dyshekut që lahet

Specifikacion e Prodhuësi per pozicioni 3

STANDARD FEATURES
• Height adjustment. (motor)
• Backrest adjustment. (motor)
• Footrest. (detachable)
• Trendelenburg (motor)
• Foot set control.
• Upper Lifting Handle. (foldable)
• Arm support on both sides. (adjustable)
• Foot support on both sides. (adjustable)
• Polyurethane knee support on both sides. (adjustable)
• Waste collection container 8 liter. (stainless steel)
• Liquid proof, antibacterial mattress cover.
• Washable mattress cover.
• Towel holders.
• ABS body coating.
• Accessory rails.
• Adjustable balance legs.
• Accessories ; 304 quality stainless steel.
• Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 870 x 2165 mm
Mattress Platform	: 560 x 1870 mm
Height Adjustment	: 610 - 1010 mm
Backrest max. angle	: 70°
Trendelenburg	: 12°
Self-loading load	: 140 kg
Max. Loading capacity	: 250 kg

Shiko link https://www.turmedonline.com/Urun/gyneacology-and-delivery-table_4953

Specifikim teknike te detyrueshme për pozicionet e cekur me lart janë favorizuese për nje OE te caktuar ne Kosove i cili eshte OE i autorizuar per Kosove i prodhuësi te cekur me lart, sepse te gjitha parametrat teknike te kërkuara ne dosje te tenderit i përputhen ne tërësi produktit-modeli e cekur me lartë.

Ky përpilim ne dosje te tenderit identik te produktit e cekura me lart, pamundëson pjesëmarrjen te gjitha prodhuëseve tjerë pra kufizon konkurrencën, sepse këta parametra teknik janë identik për këtë produkt qe i posedon vetëm ky prodhuësi ne treg shiko dëshmin dhe favorizon prodhuësin ne procedure te hapur te prokurimit.

Kurse Neni 7 -Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi-Ky nene është parimi bazë i Prokurimit Publik, ku cekë se Autoriteti kontraktues duhet ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. *Po ashtu, autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatoreve ekonomik.*

Nenin 28 te LPP-se Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njësia e kërkesës për këto pozicione, bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se “*Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuar drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik*”. Gjithashtu ky përpilim teknike nga njësia e kërkesës është diskriminues për te gjitha prodhuësi tjerë sepse nuk kane mundësi konkurrimi ne raport me kushte teknike te konkurrencës/trajtim i barabarte pra specifikacionet teknike duhet të përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese.

Shiko me poshte dhe provat e bashkangjitura pra Prova 2 ose link
https://www.turmedonline.com/Urun/emergency-stretcher_5553

Pozicioni 4 nga AK dhe

Poziconin 4 nga Prodhuesi identike

4	Shtreter per pacient te urgjences TM- C3033
	Specifikimet teknike
	Kornizë metalike.
	Platformë dysheku, laminat kompakt HPL)
	Rregullimi i lartësisë me hidraulik
	Trendelenburg dhe trendelenburg i kundërt (hidraulik).
	Rregullimi i mbështetës me piston gazi
	Rregullimi i pushimit të kofshëve me piston gazi
	Mbështetëse e këmbëve me opcion manual
	Binarët anësor. (metal)
	Dyshek: I papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj flakës, mbulesë PU anti-bakteriale.
	Poli IV. (Gjatesia e rregullueshme)
	Rrota e pestë. (manovrim dhe kthesë e lehtë)
	Castors me frenim qendror dhe sistem bllokimi drejtimi.
	Parakolpët mbrojtës të këndit.
	Mbajtëse aksesorësh.
	Mbajtëse e bombolave të oksigjenit.
	Raft material.
	Kornizë metalike e veshur me pluhur elektrostatik. (RAL 7016 dhe 1023)
	Ext dim. 196 x 78 cm
	Dyshek i zbehtë. 185 x 60 cm
	Trashësia e dyshekut 8cm
	Lartësia 77-106 cm
	Këndi maksimal i mbështetës 70°
	Trendelenburg +18°/-18°
	Këndi maksimal i mbështetës së këmbëve 30°
	Diametri i ricinit 15 cm

STANDARD FEATURES

- Metal frame.
- Mattress platform. (compact laminate HPL)
- Height adjustment. (hydraulic)
- Trendelenburg and reverse trendelenburg (hydraulic).
- Backrest adjustment. (gas piston)
- Thigh rest adjustment. (gas piston)
- Footrest. (manuel)
- Side rails. (metal)
- Mattress: Waterproof, flame retardant, anti-bacterial PU cover.
- IV pole. (Height adjustable)
- Fifth wheel. (easy maneuver and turn)
- Castors with central brake and direction lock system.
- Protective corner bumpers.
- Accessory holders.
- Oxygen cylinder holder.
- Material rack.
- Electrostatic powder coated metal frame. (RAL 7016 and 1023)

TECHNICAL PARAMETERS

External Dimensions	: 1965 x 780 mm
Mattress Platform	: 1850 x 600 mm
Mattress thickness	: 80 mm
Height Adjustment	: 770 - 1060 mm
Backrest max. angle	: 70°
Footrest max. angle	: 30°
Trendelenburg / Rev.trendelenburg	: +18° / -18°
Height of side rails	: 270 mm
Under bed clearance	: 130 mm
Castors diameter	: 150 mm
Safe working load	: 125 kg
Max.Loading capacity	: 250 kg

Specifikim teknike te detyrueshme për pozicioni 2 janë favorizuese për një OE te caktuar sepse te gjitha parametrat teknike te kërkuara ne dosje te tenderit i përputhen ne tërësi produktit-e cekur me lartë.

Pra AK ka cek ne Sqarim citim" Referojuni DT" pra është e pa mundur te ofertohej sepse AK ka favorizuar kete prodhues edhe prodhuesi ka thene vetem nje autorizim per Kosove kurse asnjë dilier tjere nuk ka te drejt te jepin autorizim për Kosove.

Edhe pozicion tjera si 5 ,6 dhe 7 jane te perripiluar per prodhuesit e caktuar pra jane identike dhe nuk jep mundesi ofertim me paisjet te peraferta me devijim me vogela edhe pse ne kemi kerkaur ne AK se ne pyetje sqarues dhe kerkesen per rishqyrtim por fare nuk ke marr per baze edhe pse ne kemi dorzuar fakte dhe deshmi se AK ka favorizuar nej prodhues te caktuar ku kemi cekur me lart, por ne shpresoj se OSHP te kete parasysh deshmi, fakte e cekur me lart ku kemi vertetuar se AK ka favorzaur prodhuesin e cekur me lart dhe te obligoj AK te modifikoj apo te pranoj paisjet me devijime te vogela qe ploteson nevoja e njesis kerkuese dhe qellimin e tyre dhe njeherit OSHP te parandaloj qe AK te kete aktivitet te prokurimit te zhvilloje procedaur e prokurimit ne kundershtim me LPP Neni 7 dhe Neni 28 te LPP .

Pra LPP ritheksim i **Neni 7 –Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi**-Ky nene është parimi bazë i Prokurimit Publik, ku cekë se *Autoriteti kontraktues duhet ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu, autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë të një ose më shume operatorëve ekonomik.*

Njësia e kërkesës- Shkel Nenin 28 te LPP-se Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njësia e kërkesës për këto pozicione, bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se “*Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik*”. Gjithashtu ky përpilim teknike nga njësia e kërkesës është diskriminues për te gjitha prodhues tjerë sepse nuk kane mundësi konkurrimi ne raport me kushte teknike te konkurrencës/trajtim i barabarte pra specifikacionet teknike duhet të përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese.

Si pale me interes material për këtë aktivitet te prokurimit ne kërkojmë nga OSHP te obligoj AK dhe NJK (njësia e kërkesës) te modifikoj specifikimet teknike te detyrueshme për këtë furnizim, ne mënyre qe te mundësohet konkurrenca ne mes prodhueseve për produktin qe ju kërkon, pasi qe kjo është procedure e hapur dhe qëllimi i Autoritetit kontraktues sipas LPP-se është trajtimi i barabarte i OE pjesëmarrës për te arritur qëllimin-Parimin e Ekonomicitetit.

Andaj ky parim arrihet vetëm kur termat teknike si ne rastin ne fjalë qe te mundësoj konkurrenca maksimale ne mes Operatoreve ekonomik dhe jo kur paraprakisht dihet se cilin prodhues dhe produkt do shpallen fitues për tender.

Pra me keto specifikacione teknike siq jane tani eshte e pa mundur OE tjere te marrin pjese sepse AK ka perpiluar specifikacione teknike ne ate menyre qe OE i favorzuar ka te garantuar qe do te fitoj dhe do rekomandohet për kontrate kete tender pamara parasyshe cmimin e ofertes. Siq vrehet me lart ky tender eshte ne kundërshtime me parime baze te LPP Neni 7 dhe 28 te LPP dhe RrUOPP te cekure me lart.

VENDIMI

TE APROVOHET-Ankesa si e bazuar kundër dokumenteve te tenderit për këtë furnizim.

TË MODIFIKOHEN- Specifikimet teknike te detyrueshme paramase LOT 3 ne pajtim me Nenin 7, 27 dhe 28 te LPP-se, ne mënyre qe termat teknike te ketë mundësi plotësimi disa prodhues ne treg përfshire prodhuesit me te cilët jemi ne kontakt sepse është procedure e hapur ku qëllim parësor është konkurrenca maksimale dhe trajtimi i barabarte.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t’i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Janë dëme të konsiderueshme të cilat i janë shkaktuar kompanisë tonë, edhe ne aspektin financiar dhe material.

10. Lista e dokumenteve (dëshmi) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

a) **Deshimi per Ankese**