



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

<i>Ilir Halili</i> <i>Ekspert shqyrtues</i>	<i>Data e autorizimit të ekspertit</i> <i>26.04.2022</i>	<i>Data e dorëzimit të raportit</i> <i>06.05.2022</i>	<i>Nr. i lëndës:</i> <i>110/22</i>
--	---	--	---

1.BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën:22.04.2022, OE ankues “**Medica shpk**”, ka parashtruar ankesë me nr: 110/22, kundër propozimit për dhënie të kontratës, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “**Blerja e rentgenit te madh per QKMF**”, me nr.të prokurimit: **635-22-2641-121**, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK)- **KK Pejë**.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar **procedurë të hapur, kontratë – Furnizim**, vlera e mesme, kriteri i dhënjes së kontratës Tenderi i përgjegjshëm me Çmimin më të ulët, , vlera e parashikuar e kontratës: 75 000, 00 €.

Data e njoftimit për kontratë 30.03.2022, korrigjimi i dosjes 15.04.2022, Afati i fundit i dorëzimit të tenderit 22.04.2022, kërkesa për rishqyrtim 16.04.2022, Vendimi nga ana e AK-se per kërkesën për rishqyrtim 19.04.2022.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/L-068 dhe Ligjin 05/L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

2. PRETENDIMET ANKIMORE

NENI 1 - LPP-se

NENI 7 - LPP-se

NENI 28- LPP-se

NENI 20 - Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë Për Prokurimi Publik

NENI 25.5 - Rregullave dhe Udhëzuesit Operativë Për Prokurimi Publik

AK - KOMUNA E PEJES ka hapur tenderin per Blerja e rentgenit te madh per QKMF me numer prokurimit 635-22-2641-121. Kjo procedure ka filluar me daten 30.03.2022, vlere e mesme. Hapja e ketij aktiviteti te prokurimit eshte parapare te jete me daten 19.04.2022, ndersa kerkesat per sqarime deri me daten 14.04.2022.

OE Ankues duke pretenduar se ky Aktivitet i Prokurimit nuk eshte duke u zhvilluar ne pajtim me LPP-ne dhe se AK ka bere shkelje te LPP-se ka paraqitur ne afatin ligjor kerkesen per rishqyrtim lidhur me aktivitetin e prokurimit “Bleija e rentgenit te madh per QKMF” me nr. Prokurimit 635-22-2641-121. Kerkesa e cila i eshte paraqitur AK eshte specifikuar si me posht,

AK pasi ka skaduar afati per kerkesa per informata shtese ka publikuar ne sistemin e- prokurimit me daten 15.04.2022 - B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara, duke e shtyer afatin e hapjes se tenderit per daten 22.04.2022, si dhe duke i ndryshuar specifikacionet teknike komplet, por fakti me i rendesishem eshte duke mos e shtyer edhe afatin per sqarimin e specifikimeve teknike, pasi qe me kete rast kemi te bejme me komplet nje specifikim te ri te perpunuar nga AK. Pra me kete rast ka vendosur nje specifikim teknik ne dosjen e tenderit i cili nuk mund te sqarohet apo per te cilin nuk mund te kerkohet sqarime shtese dhe ne kete menyre duke na vendosur para nje akti te kryer lidhur me kete Aktivitet te prokurimit

AK me kete rast ka bere shkelje te nenint 25. Ofrimi i informacioneve shtese ose sqarimeve dhe zgjatjet e afateve kohore te Rregullave dhe Udhëzuesit Operative per Prokurim Publik ku citojme

25.5 Nëse, gjatë një procedure të hapur, të kufizuar apo konkurruese me negociata, informata shtesë apo sqaruese ofrohen për OE-të, dhe data kur ofrohen këto informata është më pak se dhjet (10) ditë nga afati i fundit për dorëzim të tenderit, AK do të zgjatë afatin kohorë për të dhënë mundësi OE të paktën 10 ditë për dorëzimin e tenderëve duke përgatitur dhe publikuar Njoftimin për Korrigjim të procedurës.

Autoriteti Kontraktues duke i paraqitur specifikimet teknike ne dosjen e korigjuar te FDT- se ka bere shkelje te nenint 28 - Specifikimet Teknike, ku ne menyre shume te kjart eshte percaktuar se citojme:

1. Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

Lidhur me formen se si duhet te paraqiten specikacionet teknike dhe mos-diskriminimi i OE ne menyre shume te kjart e sqaron edhe neni 20 i Rregullave dhe Udhëzuesit Operative per Prokurim Publik te cilin AK nuk e ka respektuar

Per ta verrtetuar pretendimin tone po e paraqesim disa fakte si me posht.

Paisja e cila eshte specifikuar ne kuader te dosjes se tenderit eshte e kopjuar ne perpikmeri nga katalogu i prodhuesit korean DRGEM dhe ate tipi GXR-52SD , ndersa printeri i prodhuesit Codonics tipi GS.

Pra si rezultat i ketyre veprimeve AK ka bere shkelje edhe te Nenit 7 te LPP-se

Te nderuar Neni 7 - i LPP-se ne menyre shume te kjart e specifikon se citojme: Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente

Si deshmi kesaj kerkese per rishqyrtim po i bashkangjesim Aneksin 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME te cilen e kemi pranuar nga AK, ku kemi specifikuar emrin e paisjes si dhe po ashtu katalogun e nenvizuar me te cilin vërtetohen pretendimet tona lidhur me specifikimet teknike te njeashme.

Lidhur me kerkesen tone per shqyrtim AK, ne afat rekord jep pergjigjen e tij ku njeherit e refuzon kerkesen per shqyrtim dhe sic duket nuk e ka marr mundin as te arsyeton veprimet e tija.

Te nderuar AK ne pretendimin tone se ka bere shkelje te nenit 25.5 ku citojme:

Nëse, gjatë një procedure të hapur, të kufizuar apo konkurruese me negociata, informata shitesë apo sqaruese ofrohen për OE-të, dhe data kur ofrohen këto informata është më pak se dhjet (10) ditë nga afati i fundit për dorëzim të tenderit, AK do të zgjatë afatin kohorë për të dhënë mundësi OE të paktën 10 ditë për dorëzimin e tenderëve duke përgatitur dhe publikuar Njoftimin për Korrigjim të procedurës.

Por cuditerisht AK pergjigjet duke u thirrur ne nenin 25.2, ku nje OE mund te paraqet pyetje edhe pas afatit dhe atehere mbetet ne vullnetin e AK se a do ti trajtoj pytjet apo jo.

Te nderuar, pretendimi yne eshte se AK ka vepruar ne kundërshtim me nenin 25.5 te RRUOP duke mos lene afatin prej 10 dite e jo duke kerkuar te trajtohen pytjet edhe pas afatit te caktuar kohore.

Po ashtu ne piken ku ne i kemi deshmuar se Paisja e cila eshte specifikuar ne kuader te dosjes se tenderit eshte e kopjuar ne perpikmeri nga katalogu i prodhuesit korean DRGEM dhe ate tipi GXR-52SD , ndersa printeri i prodhuesit Codonics tipi GS, pra me kete rast eshte vetem nje prodhues ne bote i cili e prodhon kete paisje te kerkuar nga AK dhe kjo eshte ne kundërshtim me LPP neni 28 ku ne menyre shume te kjart ceket se

1. Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

Pra citojme Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik, ndersa pergjigjja e AK eshte citojme

Lidhur me pretendimet tuaja teknike qe referoheni si autoritetet kontraktues ju informojme se termet teknike te dosjes se tenderit jane kerksat teknike minimale per te gjithë operatorët ekonomik qe shprehin interes per te ofertuar per kete aktivitet te Prokurimit, pra jane kerkesat minima qe besojme se mundesojne konkurenc ne

mes te OE duke arrit si qellim i AK-se tenderi i pergjegjshem me cmimin me te ulet.

Te nderuar, duke i percaktuar ne menyre shume te detajuar, pra duke i kopjuar komplet specifikimin teknik nga nje katalog i caktuar, nuk mundet AK te percakton kriteret minimale dhe te thirret ne konkurrence, pasi qe keto specifikacione teknike ne kete menyre kaq te detajuar mundet ti ploteson vetem OE i cili do te oferton me prodhuesin DRGEM dhe ate tipi GXR-52SD si dhe per Printer nga prodhuesi CODONICS tipi GS dhe asnje prodhues tjeter.

Te nderuar nga keto pergjigje mund te verretohet se AK - nuk i ka lexuar fare pretendimet e OE ankues ne kerkesen per rishqyrtim, por vete ka dhene pergjigje sa per te plotesuar obligimin ligjor.

Te nderuar anetare te panelit shqyrtues te prokurimit, pretendimet e OE Medica jane te faktuara me njeherit kemi deshmuar se AK ka vepruar ne kundershtrim me LPP-ne dhe Legjislacionin sekondar duke e favorizuar nje prodhues te caktuar ku me rastin e percaktimit te specifikacioneve teknike ka bere kopjimin e tij nga katalogu ne perpikimeri.

Prandaj kerkojme nga anetaret e Panelit Shqyrtues qe duke u bazuar ne gjitha keto pretendime te cekura me larte dhe te cilat edhe njeherit i kemi faktuar se Specifikimet e dhena nga AK jane ne kundershtrim me LPP dhe legjislacionin sekondar dhe njeherit e favorizojne nje Prodhues te caktuar duke i kopjuar specifikacionet teknike ne perpikeri, te obligojne AK - Komuna e Pejës nese edhe me tutje vendos te vazhdon me kete Aktivitet te Prokurimit te pergadite specifikacionet tjera teknike neutrale dhe te cilat nuk do te jene diskriminuese sikurse tani, pra mos te favorizohet nje prodhues i caktuar ne menyre qe tregu te jete i hapur dhe sa me konkurues lidhur me aktivitetin e prokurimit te cekur me larte.

3. FAKTET E RASTIT TË RËNDËSISHME PËR PRETENDIMET

Nr.	Pershkrimi
1	Specification for X RAY system
	X-ray Generator
	Output Rating Minimum - 52kW
	Line Nominal, Phase 400VAC, 3Φ
	Line voltage range ±10% (Frequency: 50/60Hz)
	kV Range 40~150kV, 1kV step
	mA Range 10 - 640mA
	Timer Range 0.001 - 10 sec, 38 steps
	mAs Range 0.1 - 500mAs
	Accuracy kV < ±(1%+1kV), mA < ±(3%+1mA), Time < ±(1%+0.5ms), mAs < ±(3%+0.1mAs)
	Anatomical Programs 1,280 programs
	Technique Selection 4 point display(kV, mA, Time, mAs)
	Floor mounted tube stand
	Tube Rotation Angle ±135°
	Tube stroke
	Longitudinal 2,200mm
	Lateral 220mm

		Vertical 1,330mm
	Lock(Brake)	EM Lock, Switch on/off
	Column Rotation	90° step, Foot Lock
	Patient Table	
	Type	4 way floating patient table
	Movement	Longitudinal stroke 1,000(±500)mm
		Transverse(Lateral) stroke 250(±125)mm
		Bucky longitudinal stroke 350mm
	Inherent Filtration	Laminate : 1.2mmAl at 100kV
	Max. Patient Weight	300kg
	Lock(Brake)	EM Lock, beam sensor on/off
	Wall Bucky Stand	
	Cassette stroke	1,220mm (300~1,520mm from floor to Bucky center)
	Vertical Movement	Manual
	Inherent Filtration	0.5mmAl at 100kV
	Bucky size	43x43
	Handgrip	Overhead handgrip, P type chest handgrip
	X-ray Tube	
	Focal Spot Size	0.6/1.2mm
	Max. Anode HU	300kHU(210kJ)
	Target Angle	12°
	Max. kV	150kV
	Weight	16kg
	Inherent Filtration	1.0mmAl/75kV
	Half Value Layer	More than 2.9mmAl eq. at 80kVp
	Leakage Radiation	Less than 100mR/hr
	Collimator	
	Control	Manual
	Field Shape	Rectangular
	Max. Field Size	More than 43x43cm at 100cm SID
	Leakage Radiation	Less than 40 mR/h
	Inherent Filtration	2mmAl eq.
	Luminosity	Over 160LUX at 100cm SID
	Light source	Halogen
	Flat Panel Detector	
	Detector type	Wireless
	Screne	CsI
	Active Pixel Area	17 x 14 inch
	Matrix	2,800 x 2,304
	Pixel Pitch	150um
	Limiting Resolution	3.3 lp/mm

Energy Range	40 – 150kVp
A/D Conversion	16-bits
Weight	3.6kg
Imaging Workstation	
CPU	Intel Core i5-8500 3.2GHz or higher
Memory	4GB (1x4GB) DDR4 or higher
Storage	256GB SSD, 1TB 7200RPM SATA HDD
Monitor	23 inch Color LED
Display resolution	1920 x 1080 pixels (16:9)
Imaging Software	
Windows based graphic user interface	
Multi-image display	
Multi-image selection	
X-ray generator control panel	
Support DICOM Worklist SCU, DICOM Storage SCU and transfer function	
High-performance post-processing feature	
Built-in memory function	
Cobb's angle function	
Patient information tag deletion function	
DICOM 3.0 compatible	
Support Modality Performed Procedure Step feature	
Copy & Move Images	
X ray printer	
Print Technology: Direct thermal (dry, daylight safe operation)	
Spatial Resolution: 320 DPI (12.6 pixels/mm)	
Throughput: Up to 100 films per hour	
Time To Operate: 5 minutes (ready to print from "off")	
Grayscale Contrast Resolution: 12 bits (4096)	
Media Inputs: Three supply cassettes, 80 -100 sheets each	
Media Outputs: One receive tray, 50-sheet capacity	
Media Sizes: 8" x 10", 14" x 17" (blue and clear), 11" x 14" (blue) Grayscale paper Film	
A, A4, 14" x 17" Grayscale Paper	
Dmax: >3.10 with Grayscale paper Film	
Archival: >20 years with Grayscale white Film, under ANSI extended-term storage conditions	
Media Supply: All media is pre-packaged and factory sealed	
Interfaces: Standard: 10/100/1,000 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Console	
Network Protocols: Standard: 24 DICOM connections, FTP, LPR	
Optional: Windows network printing	
Image Formats: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa	
Optional: PostScript™ compatibility	
Grayscale Paper / White Film is specifically created for medical applications. This high quality media is ideal for referring physicians who prefer to view images in room light without a light box. Exclusively for imagers, Grayscale Paper should be available in a variety of sizes, including 14"x17" and 11"x 14".	

	<p>Plus, A and A4 size output fits conveniently into a chart so that the image can follow the patient and doctors can easily flip to it, like a note or report. GrayscalePaper/White Film produces stunning grayscale prints with outstanding contrast ratios. There is no toner, wax or ribbon to replace – ever. It's the ideal media for patient and referral copies as well as archiving.</p> <p>Image Quality: Manual calibration</p> <p>Image Control: Gamma, Contrast, Polarity, Rotation, Scaling, Antialiasing</p> <p>Sheet Control: Density Adjustment (Dmax), Look-Up Tables (LUT), Image Warnings, Captions, Sheet Coverage, Border Fill, Crop Anchor</p> <p>Sheet Formatting: 1:1-1:81; Variable Multi-Formatting (VMF™), Fixed Multi-Formatting (FMF™)</p> <p>Control Panel: Large, backlit LCD display, Status lights include Online, Alert, Fault, Active</p> <p>Power and Menu navigation buttons</p> <p>Processor: Intel</p> <p>Memory: 1GB</p> <p>Hard Disk: SSD, 32GB (24 GB available for spooling)</p> <p>Removable Storage: USB for software upgrades</p> <p>Smart Card: 72 KB for storing configuration data</p> <p>Power: Universal Input: 100-120/230V~ 50/60 Hz, 400W printing, 45W idle</p> <p>Heat Emission: Maximum 400W, 1,366 BTUs /hr. printing, 45W, 153 BTUs /hr. idle</p> <p>Weight: 66 lbs. (30 kg.)</p> <p>Engine Dimensions: 14.5" (37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24" (61 cm) L</p> <p>Environment: Operating Temperature: 15-30C</p> <p>Storage: -22 - 50 C</p> <p>Operating Humidity: 10-70% R.H. (non-condensing)</p> <p>Regulatory: Full medical device compliance including Class 2 FDA and Class 1 MDD CE, GMP/QSR, ISO13485:2003, 60601-1 Safety (2nd and 3rd Edition) and EMC/EMI (60601-1-2 and FCC Class B) for Healthcare Facilities</p>
	<p>X Ray protection clothes</p> <p>Exoskeletal system for radioation</p> <p>Visor 0.30 mm lead eq (91.5% attenuation at 100 kVp, integrated thyroid Collar 0.50 mm lead eq. 97.2% attenuation at 100 kVp</p> <p>Expanded protection 0.50 mm lead eq. on both front and sides 1.0 mm lead eq. in front overlap area</p> <p>Proprietary exoskeleton removes up to 100% of the weight from the users body.</p> <p>Full head protection allowing you to wear own prescription glasses</p> <p>The protective visor protects from lower angle scattered radiation without interrupting the line of sight to the monitor.</p> <p>Provides a much greater area of coverage compared with lead glasses for improved protection of the face, head, eyes and brain.</p> <p>Visor weight should be completely supported by the exoskeletal system.</p> <p>The visor negates the need for protective eyewear and allows you to wear your own prescription glasses.</p> <p>The protective clothe should state of the art lead free material teste 60 kVp-110kVp, IEC EN 61331 – 1:2014. The protective cliothe is robust attenuation compared to apronx maximizing user protection on the front and sides. Upper arm sleeves prevent radiation scatter into the the chest. Integrated thyroid collar negates the need for extra protective apparel.</p> <p>Proprietary exoskeleton which channels all of the weight to the flood while enabling free movement. Removes the weight of the robust protective elements from the operator and transfers it to the floor. Provides seamless turning and bending via hip and knee joints.</p>

	<p>Allows for unimpeded walking while still supporting the load.</p> <p>Dedicated hanger system enabling easy entry and exit of the system. The hanger system serves as dual purpose storage and donning/doffing solution. Provides easy transferability of the system around the hospital</p>
--	--

4. RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES (VENDIMI PËR RISHQYRTIM)

A r s y e t i m

Operatori Ekonomik "NPT MEDICA SH.P.K " me datën 16.04.2022, ka parashtruar kërkesën për Ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull Prok: Blerja e rentgenit të madh për QKMF meNr. tëProk: 635-22-2641-1-2-1 dhe nr i brendeshen 635/22/013/121 nxjerr:

Autoriteti Kontraktues , me datën 19.04.2022 ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

A.K pas analizes se kerkeses se juaj për Ri-shqyrtim duke marr për bazë kërkesën tuaj në platformen elektronike të datës: 16.04.2022,e ka trajtuar me kujdes kërkesën tuaj, dhe ka ardhur në përfundim se njëjta është e pa bazuar.

Autoriteti kontraktues për këtë aktivitet të Prokurimit në pajtim me LPP-në ka parapare afatin për sqarime shtese deri me datën 14.04.2022, andaj paraprakisht nga OE kemi pranuar disa kërkesa për sqarim apo informata shtese të cilat kanë pasur të bëjnë vetëm me specifikimet teknike të detyrueshme Ankesa 1 të Dosjes së Tenderit ku kanë pretenduar se nuk janë në pajtim me Nenin 28 të LPP-së. Autoriteti Kontraktues pas një analize të mirefillt me datën 14.04.2022 ka kthyer përgjigje ngaj pyetjeve sqaruese duke informuar dhe OE tjetër të interesuar se dosja e tenderit do të korrigjohet apo modifikohet respektivisht specifikimet teknike do të ndryshohen në mënyrë të barabartë në bazë të kërkesave të dosjes së tenderit referuar edhe procedurës së Prokurimit -Procedure të Hapur.

Pashtu AK-ja me datën 14.04.2022 ka ngrit në e-prokurim dosjen e korrigjuar me specifikime teknike duke shtyer njëherit afatin për pranim dhe dorezim të tendereve me datën 22.04.2022 përmes Formularit standard B54 në pajtim me Nenin 53 të LPP-së.

Si për të interes në pajtim me Rregullat të Udhëzuesit Operativ për ProkurimIN Publik Neni 25 Paragrafi 2 "Një kërkesë e tillë me shkrim duhet të dërgohet përmes platformës elektronike dhe duhet të dërgohet nga AK Brenda afatit kohor të specifikuar në DT. Nëse kërkesa për sqarime pranohet pas ditës së fundit të parapare për sqarime, kërkesa e tillë refuzohet dhe OE do të informohet për arsyen e refuzimit. Një kërkesë e dorezuar pas afatit të parapare për sqarime mund të shqyrtohet dhe nëse konsiderohet se është në interes të AK, e njëjta mund të pranohet", ju keni pasur të drejtë ligjore që pas dosjes së korrigjuar me datën 14.04.2022 të parashtroni pyetje sqaruese apo informata shtese lidhur me kërkesat e dosjes së tenderit si përzgjedhjes pashtu teknike, në

te cilin veprim nuk keni parashtruar kerkese per rishqyrtim.

Lidhur me pretendimet tuaja teknike qe referoheni si autoritet kontraktues ju informojme se termnet teknike te dosjes se tenderit jane kerketat teknike minimale per te gjitha operatoret ekonomik qe shprehin interes per te ofertuar per kete aktivitet te Prokurimit,pra jane kerketa minimale qe besojme se mundesojne konkurrenc ne mes te OE duke arrit si qellim I AK-se tenderi I pergjegjshem me cmimi me te ulet.

Andaj perfundimisht kerketa per rishqyrtim refuzohet si e pabazuar ,si ne dispozitiv te ketij vendimi.

Pretendimet e juaja jane të pa baza dhe te njejtat nuk qëndrojn,

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar në ato qe u thane me lartë ka vendosur si ne dispozitiv.

5. VENDIMET E MËPARSHME LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

6. ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

NA

7. VLERËSIMI I PRETENDIMEVE TË NDRYSHME TË ANKESËS

Pretendimi nr.1

Pretendimi i parë ankimorë sipas ankesës 110/22 është se AK ka shkel dispozitat e RRUOPP-së nenit 25 sa i përket afateve kohore, dhe si rrjedhoje e ka vënë OE ankues para aktit të kryer.

Ne pas analizimit të dosjes së tenderit, korrigjimit të dosjes, dhe pretendimeve ankimore, kemi gjetur se AK me rastin e korrigjimit të dosjes nuk e ka bërë vazhdimin e afatit për ofertim në pajtim me dispozitat e RRUOPP-së, më konkretisht ka dhënë afat më të shkurtë se 10 ditë siq parashihet me nenin 25 të RRUOPP-së, qka rrjedhimisht i ka pamundësuar OE ankues afatin për kërkesë për rishqyrtim lidhur me specifikat teknike, i cili është 5 ditë para afatit për dorëzim të ofertave.

Bazuar në gjitha këto që u cekën më lartë vlerësojmë se pretendimi ankimorë është i bazuar.

Pretendimi nr.2

Pretendimi tjetër ankimorë sipas ankesës 110/22 është se AK ka bërë shkeleje të dispozitave ligjore duke përshtatur specifikat teknike për prodhues të caktuar, dhe atë si në vijim:

*“Te nderuar, duke i percaktuar ne menyre shume te detajuar, pra duke i kopjuar komplet specifikimin teknik nga nje katalog i caktuar, nuk mundet AK te percakton kritere minimale dhe te thirret ne konkurence, pasi qe keto specifikacione teknike ne kete menyre kaq te detajuar mundet ti ploteson vetem OE i cili do te oferton me prodhuesin **DRGEM** dhe ate tipi **GXR-52SD** si dhe per Printer nga prodhuesi **CODONICS** tipi **GS** dhe asnje prodhues tjeter.”*

Pas analizimit të pretendimeve ankimore dhe specifikacionit teknik tek aneksi 1, kemi gjetur se AK ka përshkruar informata detaje për specifikat e pajisjeve, duke përfshirë edhe peshën dhe dimensionet e sakta/fikse të pajisjeve, kërkesë kjo për të cilën nuk mund të gjejmë ndonjë arsyetim logjik ose praktik, dhe e cila kërkesë do të shpiente në favorizim të prodhuesve të caktuar.

Bazuar në këto që u cekën më lart vlerësojmë se pretendimet ankimore në këtë pikë janë të bazuara dhe se AK ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 28 të LPP-së, dhe i propozojmë panelit shqyrtues të obligoj AK-në të bëjë korrigjimet e dosjes së tenderit, duke shmangur kërkesat e tilla si pesha dhe dimensionet fikse të pajisjeve, ose të paktën të lejohet një tolerancë plus/minus 10%.

Sa i përket vetive funksionale të pajisjeve, sipas ankesës 110/22 nuk është specifikuar ndonjë pikë/kërkesë konkrete, andaj vlerësojmë se specifikacioni teknik për vetitë funksionale të pajisjeve mund të qëndrojnë, kjo gjithnjë me kusht nëse i njëjti specifikacion nuk shpie në favorizim të ndonjë prodhuesi të caktuar.

8. MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet e bazuar, ndërsa të obligohet AK të bëjë korrigjimet e dosjes së tenderit dhe të zgjas afatin për ofertim konform dispozitave të LPP-së.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – KK Pejë.
- Panelit Shqyrtues - OSHP.
- OE ankues - “Medica”