



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Emri dhe Mbiemri i eks. Shqyrtues dhe nënshkrimi	Data e autorizimit të ekspertit	Data e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës:
Hasim Krasniqi	17.12.2019	26.12.2019	912/19,

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: **12.12.2019**, OE “Ntsh “AtomMed”-Ferizaj, ka parashtruar ankesë me nr: **912/19**, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me paisje mjekësore për fizioterapi dhe laborator për nevoja të QKMF - së – RITENDERIM- LOT 2 – : “Furnizim me paisje mjekësore për laborator për nevoja të QKMF - së”, me numër të E prokurimit: **623-19-7651-1-2-1**, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – Kuvendi Komunal Rahovec.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë të hapur, lloji i kontratës: **furnizim**, vlera e parashikuar e kontratës: **LOT 2: 20,350.00 €**.

Ankesa është e përsëritur, ky aktivitet i prokurimit është trajtuar me **njoftimi i PSH nr.730/19** dt.04.11.2019.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/ L-068, dhe Ligjin 05/ L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE Ankesa 912/19

Dispozitat e shkelura sipas, grupit të OE “Ntsh “AtomMed”-Ferizaj, të cilët kanë parashtruar ankesë me nr: **912/19**, janë:

- Neni 1 i LPP-së
- Neni 6 i LPP-së
- Neni 7 i LPP-së
- Neni 28 i LPP-së
- Neni 18.9 i RRUOPP-së
- Neni 20 i RRUOPP-së

pikat e ankesës:

Pretendimet tona ankimore janë për LOT 2: “Furnizim me paisje mjekësore për laborator për nevoja të qkmf-së.”

Të nderuar, autoriteti kontraktues Komuna Rahovec më dt. 29.11.2019, për këtë aktivitet të prokurimit ka publikuar Njoftimin për Kontratë në platformën elektronike, me ç'rast ne kemi qenë të interesuar që të ofertojmë, por kemi hasur në specifikime teknike të cilat janë diskriminuese dhe favorizuese.

Autoritet kontraktues ka përdorur specifikimet teknike që i janë pershtatur prodhuesit Dialab nga Austria, me perfaqësues të një OE në Kosovë dhe pikërisht për paisjen AUTLYSER.

Në katalogun e paisjes që ne kemi dhënë si dëshmi që favorizon këtë OE apo prodhues(do të mund të gjendet në këtë ueb faqe

<https://www.dialab.at/nc/en/products/instruments/instrument/clinical-analysers/autolyser-ise/> dhe që mund të verifikohet lehtë), kemi vendosur me numra se ku mund ti gjeni te detajizuara specifikimet që përmbajnë numra për ti analizuar. Kur këto specifikime t'i përkthjemë në gjuhën Shqipe, del se çdo rresht i specifikacioneve teknike është i përshtatur 100%.

Përshtatja e specifikimeve dhe kërkesave teknike është në kundërshtim me nenin 28 paragrafi 2 të LPP-së, dhe nenin 20 të RRUOPP. ku "Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik. Si dhe specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jodiskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, siguri i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimi, duke i bërë të qartë, saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca

Po ashtu, autoritetit kontraktues i ndalohet të përpilojë specifikimet teknike që i referohen një artikulli ose burimi të veçantë, ose një procesi të hollësishëm, ose ndonjë shenje dalluese, lloji ose origjine të veçantë ose ndonjë prodhimi.

Madje edhe parim i direktivave të BE-se, është se: "Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik."

Gjithashtu neni 18.9 i RRUOPP-së përcakton qartë "Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

- Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
- Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose me shumë OE-ve.

Atëherë, ne kemi bere më dt.05.12.2019, brenda afatit ligjor të parashtrijmë përmes Kërkesës për ri-shqyrtim pranë autoritetit kontraktues, pretendimet tona ankimore, duke kërkuar nga autoriteti kontraktues që të ndërmarrë veprimet ligjore të nevojshme dhe të eliminojë lëshimet apo shkeljet ligjore që janë në kundërshtim me dispozitat e Prokurimit Publik. Lidhur me këtë kërkesën për rishqyrtim autoriteti kontraktues nxjerrë vendim më dt.06.12.2019, ku refuzon kërkesën tone si te pa bazuar, duke u arsyetuar se AK ka vepruar konform LPP-së.

Vlenë të theksohet fakti se Komuna Rahovec per këtë aktivitet te prokurimit, per të njëjtat paisje ka pasur tenderi paraprak të cilin e ka shpallur më dt. 31.07.2019, me titull te njëjtë FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-së, dhe nr. të. Prokurimit: 623-19-5608-1-2-1, ku më pastaj është anuluar pikërisht pas kërkesës tone për rishqyrtim lidhur me pretendimet tona të njëjta dhe konstatimit të tyre për specifikime diskriminues për LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF - së. Komuna Rahovec po të njëjtin aktivitet e ka bërë ri-shpalljen me specifikimet tekine të njëjta dhe diskriminuese.

Autoritei Kontraktues Kuvendi Komunal Rahovec me daten 08.10.2019 ne sistemin elektronik e-prokurimi ka bere Njoftimin per Kontrat per te njëjtin aktivitet per tenderin me Titull:FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATO PER NEVOJA TE QKMF-se-RITENDERIM nr te prokurimit 62319-7651-1-2-1 per LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-, pas te gjithë hapave ligjor ne kemi deponuar pran OSHP-se me daten 22.10.2019 ANKESE-ne tone lidhur me shkeljet e Autoritetit Kontraktues lidhur me Pretenimet Tona.

Me datën 04.11.2019 OSHP-sjell Vendim me nr 730/19 ku vjen ne perfundim ku:

*Ankesa jone eshte vlersuar e Bazuar dhe kerkohet nga Autoriteti Kontraktues qe te beje ANULIMIN e Aktivitetit te prokurimit dhe te hartoj specifika teknike konform LPP-se duke krijuar mundesi sa me te mire per te gjithë Operatorët e interesuar Ekonomiki dhe Tenderuesit.

Me datën 29.11.2019 Autoriteti Kontraktues KUVENDI KOMUNAL RAHOVEC, bene publikimin e njoftimit per Kontrat Lidhur me te njejtin Aktivitet te prokurimit per tenderin me Titull: FURNIZIM ME PAISJE MJEKESORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATOR PER NEVOJA TE QKMF-se-RITENDERIM, me nr te prokurimit: 623-19-9204-1-2-1, me nr te mbrendeshem 623-19-064-1-2-1 per LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF.

Pas shikimi te detajuar te Specifikave Teknike te publikuara ne kemi hasur ne parregullsit e njejta Siq kan qene ne 2 aktivitete paraprake lidhur me Specifikat Favorizuese dhe Diskriminuese.

Autoriteti Kontraktues ne kete Rast Komuna e Rahovecit, nuk ka bere NDRYSHIME-apo dhe Gjeneralizim te Specifikave Teknike por ato qe kan qen ne aktivitet paraprake me disa dallime minimale qe nuk permbann ndryshim i ka publikuar serish ne kete aktivitet.

Me datën 05.12.2019 Pran sistemit Elektronik ne kemi bere kerkesen per Ri-Shqyrtim serish per kete aktivitet lidhur me pretendimet tona qe Autoriteti Kontraktues-KK-Rahovec nuk e ka prefill fare VENDIMIN E OSHP-se te dates 04.11.2019 per Ndryshim te Specifikave teknike sipas LPP-se., per gjeneralizim dhe permiresim te specifikave per te na e mundesuar pjesemarrjen ne kete aktivitet te Prokurimit.

Autoriteti Kontraktues me datën 06.12.2019 Sjell Vendimin mbi kerkesen tone te dates 05.12.2019 duke e REFZUAR si te pa BAZUAR -kerkesen tone per Rishqyrtim, ku pas njoftimin per Pezullim vendos serish me nje vendim qe te vazhdoj Aktivitetin e prokurimit

Me datën 09.12.2019 eshte ngarkuar Njoftimi mbi permiresim te Gabimit , ku aktiviteti i larteshuar nga data 12.12.2019 eshte shtyre per 18.12.2019 ne ora 14:30.00

Lidhur me te gjitha këto parregullësi, autoriteti kontraktues ka bërë edhe shkelje të këtyre dispozitave të prokurimit publik, e të cilat janë:

Neni I i LPP-së, ju obligon që të siguroj menyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen, procedurat që do të ndiqen, të drejtat që do të respektohen dhe detyrimet që do të përmbushen nga personat, operatorët ekonomik, ndërmarrjet, autoritetet kontraktuese, koncesionerët e punëve dhe organet publike që zhvillojnë, përfshihen, marrin pjesë ose interesohen, në aktivitetet e prokurimit ose që përfshihen ose kanë të bëjnë me fondet dhe/ose burimet e tilla.

Nëse veprohet mëtutje me këto specifikime teknike dhe në këtë mënyrë, ju si autoritet kontraktues rrezikoni seriozisht të dëmtoni buxhetin sepse në momentin kur përshtaten specifikimet teknike për prodhues të caktuar, atëherë mundësia është shumë e madhe që të ofrohen çmime jo në vlerë tregut por shumë me të larta, prandaj edhe rrezikohet të arrihet qëllimi i LPP-së, siç parashihet në nenin I të LPP-së dhe natyrisht cenohet edhe neni 6 i LPP-së.

Neni 6 i LPP-së, autoritetin kontraktuese e obligon që të siguron që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.

Neni 7 i LPP-së, Autoriteti kontraktues duhet ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. Po ashtu, gjatë udhëheqjes së aktiviteteve të prokurimit, të gjitha autoritetet kontraktuese duhet të sigurojnë pjesëmarrjen sa më të gjerë të mundshme të operatorëve të interesuar ekonomik dhe eliminimin e praktikave, kriterëve, kërkesave dhe specifikimeve teknike që diskriminojnë ne favor ose kundër një ose më shumë operatorëve ekonomik.

Dëshmi Katologu i paisjes sipas specifikacionit teknik të kërkuar
Dëshmi:

1. Katologu i paisjes sipas specifikacionit teknik të kërkuar
2. Specifikat Teknike te dates 08.10.2019
3. Specifikat Teknike te dates 29.11.2019
4. Kërkesa për rishqyrtim-
5. Vendimi i Autoritetin Kontraktues lidhur me RI-Shqyrtimin

Duke pasur parasysh argumentet dhe faktet e lartcekura, kërkojmë nga OSHP që të merrr::

VENDIM

APROVOHET Ankesa e OE Ntsh"AtomMed" si e bazuar

ANULOHET ky aktivitet i prokurimit apo të detyrohet autoriteti kontraktues të ndryshoj specifikimet teknike dhe të vepohet konform nenit 53.7 të LPP-së.

Gjithashtu, kërkojmë nga autoritetin kontraktues që në të ardhmën të bëhen specifikime teknike 'o favorizuese dhe jo-diskriminuese dhe konform dispozitave ligjore të LPP-së.

Dëmet materiale

Neve si Operator ekonomik na janë bërë dëme materiale dhe jomateriale. Për të gjitha shpenzimet, si të letrës, stafit, shpenzime të shërbimeve tjera, si dhe shpenzime në përgatitjen e kërkesës për rishqyrtim, ankesës, diku në vlerë 2,000.00 €

Pretendimet ankimore te parashtruara ne ankesën e deponuar ne OSHP, janë te njëjta me pretendimet e parashtruara nga OE me kërkesen për rishqyrtim në AK.

KRITERET PËR VLERËSIM

Ankesa – është parashtruar në Specifikacionin teknike të parashtruar nga AK në dosjen e tenderit.

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim: N/A

Ankesa është parashtruar në fazën e njoftimit për kontratë dhe dosjen e tenderit, para datës së dorëzimit të ofertave respektivisht pa arritur tek faza e vlerësimit.

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA E EKSPERTËVE SHQYRTUES DHE / OSE TEKNIK

Qasja në dokumentacionet të cilat gjenden në platformën e e-prokurimit që janë publikuar dhe shtuar nga AK lidhur me këtë aktivitet të prokurimit dhe dokumentacionet e bashkangjitura nga operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit.

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

Duke u bazuar në shkresat e lëndës, mendoj se operatori ekonomik ankues është palë interesi në këtë aktivitet të prokurimit.

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

(Të sqarohet nëse për rastin e njëjtë është dhënë vlerësim tjetër).

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin se pse është devijuar nga praktika e mëparshme).

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES "Ntsh "AtomMed"-Ferizaj - Ankesa 912/19

Duke u mbështetur në ekzaminimin e dosjes së tenderit dhe shqyrtimit të procesit të vlerësimit të tenderit, konstatohet me sa vijon:

Përgjigje në Pretendimi nr.1

Lidhur me pretendimin e OE ankues, se AK ka bërë shkelje të nenit 1, 6, 7 dhe 28 të LPP-së si dhe nenin 18.9 dhe 20 të RrUOPP-së, me arsyetimin se:

"AK Komuna Rahovec për Lot 2 më dt. 29.11.2019, për këtë aktivitet të prokurimit ka publikuar Njoftimin për Kontratë në platformën elektronike, me ç'rast ne kemi qenë të interesuar që të ofertojmë, por kemi hasur në specifikime teknike të cilat janë diskriminuese dhe favorizuese.

Autoritet kontraktues ka përdorur specifikimet teknike që i janë pershtatur prodhuesit Dialab nga Austria, me perfaqësues të një OE në Kosovë dhe pikërisht për paisjen AUTLYSER.

Në katalogun e paisjes që ne kemi dhënë si dëshmi që favorizon këtë OE apo prodhues(do të mund të gjendet në këtë ueb faqe

<https://www.dialab.at/nc/en/products/instruments/instrument/clinical-analysers/autolyser-ise/> dhe që mund të verifikohet lehtë), kemi vendosur me numra se ku mund ti gjeni te detajizuara specifikimet që përmbajnë numra për ti analizuar. Kur këto specifikime t'i përkthjemë në gjuhën Shqipe, del se çdo rresht i specifikacioneve teknike është i përshtatur 100%.

Përshtatja e specifikimeve dhe kërkesave teknike është në kundërshtim me nenin 28 paragrafi 2 të LPP-së, dhe nenin 20 të RRUOPP. ku "Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik. Si dhe specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jodiskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, siguri i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimit, duke i bërë të qartë, saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca

Po ashtu, autoritetit kontraktues i ndalohet të përpilojë specifikimet teknike që i referohen një artikulli ose burimi të veçantë, ose një procesi të hollësishëm, ose ndonjë shenje dalluese, Iloji ose origjine të veçantë ose ndonjë prodhimi.

Madje edhe parim i direktivave të BE-se, është se: "Specifikimet teknike do të ofrojnë qasje të barabartë për tenderuesit dhe nuk duhet të kenë efektin e krijimit të pengesave të paarsyeshme në hapjen e konkurrencës së prokurimit publik."

Gjithashtu neni 18.9 i RRUOPP-së përcakton qartë "Dosja e tenderit do të përgatitet në mënyrë që nuk:

- Kufizon konkurrencën në mesin e OE, ose
- Diskriminon kundër ose vepron në favor të një ose me shumë OE-ve.

Atëherë, ne kemi bere më dt.05.12.2019, brenda afatit ligjor të parashtrijmë përmes Kërkesës për ri-shqyrtim pranë autoritetit kontraktues, pretendimet tona ankimore, duke kërkuar nga autoriteti kontraktues që të ndërmarrë veprimet ligjore të nevojshme dhe të eliminojë lëshimet apo shkeljet ligjore që janë në kundërshtim me dispozitat e Prokurimit Publik. Lidhur me këtë kërkesën për rishqyrtim autoriteti kontraktues nxjerrë vendim më dt.06.12.2019, ku refuzon kërkesën tone si te pa bazuar, duke u arsyetuar se AK ka vepruar konform LPP-së.

Vlenë të theksohet fakti se Komuna Rahovec per këtë aktivitet te prokurimit, per të njëjtat paisje ka pasur tenderi paraprak të cilin e ka shpallur më dt. 31.07.2019, me titull te njëjtë FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-së, dhe nr. të. Prokurimit: 623-19-5608-1-2-1, ku më pastaj është anuluar pikërisht pas kërkesës tone për rishqyrtim lidhur me pretendimet tona të njëjta dhe konstatimit të tyre për specifikime diskriminues për LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF - së. Komuna Rahovec po të njëjtin aktivitet e ka bërë ri-shpalljen me specifikimet tekine të njëjta dhe diskriminuese.

Autoriteti Kontraktues Kuvendi Komunal Rahovec me daten 08.10.2019 ne sistemin elektronik e-prokurimi ka bere Njoftimin per Kontrat per te njëjtin aktivitet per tenderin me Titull: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-se-RITENDERIM nr te prokurimit 62319-7651-1-2-1 per LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-, pas te gjithë hapave ligjor ne kemi deponuar pran OSHP-se me daten 22.10.2019 ANKESE-ne tone lidhur me shkeljet e Autoritetit Kontraktues lidhur me Pretenimet Tona.

Me daten 04.11.2019 OSHP-sjell Vendim me nr 730/19 ku vjen ne perfundim ku:

*Ankesa jone eshte vlersuar e Bazuar dhe kerkohet nga Autoriteti Kontraktues qe te beje ANULIMIN e Aktivitetit te prokurimit dhe te hartoj specifika teknike konform LPP-se duke krijuar mundesi sa me te mire per te gjithë Operatorët e interesuar Ekonomiki dhe Tenderuesit.

Me daten 29.11.2019 Autoriteti Kontraktues KUVENDI KOMUNAL RAHOVEC, bene publikimin e njoftimit per Kontrat Lidhur me te njëjtin Aktivitet te prokurimit per tenderin me Titull: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER FIZIOTERAPI DHE LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF-se-RITENDERIM, me nr te prokurimit: 623-19-

9204-1-2-1, me nr te mbrendeshem 623-19-064-1-2-1 per LOT 2: FURNIZIM ME PAJISJE MJEKËSORE PER LABORATOR PER NEVOJA TË QKMF.

Pas shikimi te detajuar te Specifikave Teknike te publikuara ne kemi hasur ne parregullsit e njejta Siq kan qene ne 2 aktivitete paraprake lidhur me Specifikat Favorizuese dhe Diskriminuese.

Autoriteti Kontraktues ne kete Rast Komuna e Rahovecit, nuk ka bere NDRYSHIME-apo dhe Gjeneralizim te Specifikave Teknike por ato qe kan qen ne aktivitet paraprake me disa dallime minimale qe nuk permbann ndryshim i ka publikuar serish ne kete aktivitet..”

duke u bazuar në faktet e gjetura me rastin e trajtimit të lëndës eksperti shqyrtues konstaton se pretendimet e operatorit ekonomik ankues janë të bazuara sepse AK me rastin e ritenderimit të këtijë aktiviteti të prokurimit pas njoftimit të PSH 730/19 dates 04.11.2019 me të cilin është kërkuar nga AK që ky aktivitet të ritenderohet dhe specifikat e tenderit të korigjohen konform LPP-së, AK me rastin e ritenderimit në këtë aktivitet të prokurimit ka korigjuar specifika teknike lidhur me LOT 2: Furnizim me pajisje mjekësore për laborator për nevoja të QKMF-së” vetem ne disa pika si vijon:

Ne tabel jane pershkruar shkurtimisht vetem specifikat e reja(korigjuara) dhe specifikat e vjetra:

Specifikat e reja (pjesa e korigjuara)	Specifikat e vjetra (si kane qene në proceduren e kaluar)
Perputhje deri në 440 teste/h	Perputhje deri në 450 teste/h
Perputhje I.S.E only 195 testes/h Throughput Chemisty + I.S.E: 245 testes/h	Perputhje I.S.E only 200 testes/h Throughput Chemisty + I.S.E: 250 testes/h
Profili deri ne 480 teste ne memorie	Profili deri ne 500 teste ne memorie
Sirtari i reagnesit-min 23 max 26 pozicioni	Sirtari i reagnesit-24 pozicioni
Sirtari i mostres-min 58 max 62 pozicioni	Sirtari i mostres-62 pozicioni
Koha e llambes rreth min 1800 orë	Koha e llambes rreth 2000 orë
6 min GB DD R4 2400 MHZ	8 min GB DD R4 2400 MHZ

ndersa pjesa tjeter e specifikave teknike te pershkruara në dosjen e tenderit te këtijë aktivitetit të prokurimit janë identike me specifikacionin i cili ka qenë në dosjen e tenderit te aktivitetit të prokurimit i cili është anuluar me qëllim që të korigjohen specifikat teknike.

Duke u bazuar në faktet e lartë cekura eksperti shqyrtues konstaton se AK ka bërë disa korigjime te specifikacioneve por te cilat janë vetem korigjime minore sepse përseri komplet specifikacioni teknik respektivisht po thujse mbi 90% e ketyre specifikave teknike janë identike me specifikat e paisjes “Dialab Autolyser ISE” të kompanis prodhuese “DIALAB” me adresë “Gesellschaft m.b.H. IZ NOE-Sued Hondastraße, Objekt M55, A-2351 Wr. Neudorf, Austria”.

Përveq fakteve të bashkangjitura me këtë ankes nga OE ankuese për specifikat e paisjes "Dialab Autolyser ISE" eksperti shqyrtues sqaron se ka bërë hulumtimin/verifikimin e specifikacionit në fjalë edhe përmes adresave elektronike: <https://www.dialab.at/en/products/instruments/clinical-analysers/autolyser-ise/>, si dhe

<https://www.dialab.at/nc/en/products/instruments/instrument/clinical-analysers/autolyserise/>, ku pas qasjes në këto adresa është konstatuar se specifikacioni teknik i paisjes "Dialab Autolyser ISE" është mbi 90% identik me specifikacionin teknik të përshkruar nga AK për paisjen mjekësore për laborator për nevoja të QKMF-së". Hartimi i specifikacionit teknik nga AK në rastin konkretë duke pas parasysh interesimin e pjesmarjes të OE ankuese në këtë aktivitet të prokurimit, është në kundërshtim me paragrafin 2 të nenit 28 ku thuhet se: *"Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik".*

Si dhe në kundërshtim me paragrafin 20.4 të RRUOPP ku thuhet: *"Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara".*

Po ashtu eksperti shqyrtues konstaton se AK nuk e ka zbatuar në tersi rekomandimin e panelit shqyrtues të dhen me njoftimi PSH nr.730/19 të datës 04.11.2019.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa me nr. 912/19 dt.12.12.2019 e OE Ntsh "AtomMed"-Ferizaj, të **aprovohet si e bazuar** (për arsyejet që u ceken tek përgjigjjet në pretendimet e ankeses), si dhe rekomandon që njoftimi për kontratë i AK-së të **Anullohet** me qëllim që AK të ndryshoj respektivisht hartoj specifikimet teknike konform LPP-së duke krijuar mundësi dhe qasje sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit.

Raporti i eksperizës ti dorëzohet:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Autoritetit Kontraktues | - Kuvendi Komunal-Rahovec. |
| - Panelit Shqyrtues | - OSHP. |
| - OE ankues | - Ntsh "AtomMed"-Ferizaj. |