




Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



RAPORTI IEKSPERTIT SHQYRTUES

Sahit Beqiri - <i>Ekspert Shqyrtues</i> <i>Regjistrimi</i>	Data e autorizimit të ekspertit: 05.10.2020	Data e dorëzimit të raportit: 12.10.2020	Nr. i lëndës: 735/20
---	---	--	----------------------

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 30.09.2020, OE: "Konti" Sh.p.k. - Prizren, ka parashtruar ankesë menr.: 735/20, kundër B58 njoftimit mbi vendimin e AK, (vendimit për dhënie të kontratës), ku është rekomanduar për kontratë grupi i OE: PRO MEDICAL SH.P.K.; Adnan A. Bala B.I. Ferizaj, lidhur me aktivitetin e prokurimit: "Furnizim me pajisje medicinale për nevojat e shërbimeve shëndetësore të QKMF-së, QMF-ve dhe AMF-ve", me nr. të prokurimit: 622-20-2451-1-2-1, iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK): Komuna e Prizrenit.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë hapur, lloji i kontratës: Furnizim, vlera e parashikuar e kontratës: 36,000.00 €

Shënim: Ju njoftojë se lidhur me këtë aktivitet të prokurimit është nxjerr një (1) vendim nga OSHP PSH nr. 559/20, datë: 09.09.2020

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04/L-042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04/L-237, Ligjin 05/L-068, dhe Ligjin 05/L-092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE NGA OE: "Konti" Sh.p.k. - Prizren

(Të përshkruhendispozitat e shkelura dhe vetëm pikat e ankesës).

Neni 1 i LPP-së
Neni 7 i LPP-së
Neni 59 i LPP-së
Neni 60 i LPP-së
Neni 64 i LPP-së
Neni 69 i LPP-së

Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet:

Të nderuar, autoriteti kontraktues në këtë aktivitet të prokurimit na ka dërguar njoftimin mbi vendimin e AK-së me dt:22.09.2020, ku na ka informuar se e ka rekomanduar për kontratë OE "PRO MEDICAL SH.P.K.; Adnan A. Bala B.I.", ndërsa neve na ka dërguar letrën standarde për tenderues të eliminuar me arsyetimin se "Evidenca 3. Katalogjet nga prodhuesi për pajisjen e ofruar ku ofertuesi është i obliguar ti nënvizojë specifikimet teknike për qdo pajisje të ofruar duke u bazuar në specifikimet teknike të ofruara. Autoriteti kontraktues ka kërkuar EKG 6 kanalësh, ndërsa OE "KONTI" SH.P.K. ka ofruar EKG me 12 kanalesh."

Fillimisht ju sqarojmë se ne jemi rekomanduar për kontratë në njoftimin e dt.29.07.2020, ndërsa OE i rekomanduar për kontratë kishte parashtruar kërkesë për rishqyrtim ku AK-ja e kishte refuzuar kërkesën e tyre.

Ky vendim i AK-së është shumë kundërthënës për faktin se ne jemi rekomanduar për kontratë në njoftimin mbi vendimin e kaluar, ndërsa AK-ja e ka shpallur si OE të eliminuar operatorin ekonomik të cilin tani e ka rekomanduar për kontratë, andaj është për tu habitur se si ka mundësi që një OE i cili është shpallur i papërgjegjshëm nga ana e AK-së tani të rekomandohet për kontratë. Ne ju sqarojmë se AK-ja ka rekomanduar për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm për arsyet si në vijim:

OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm sepse nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë përkatësisht kërkesat tek kapaciteti teknik dhe profesional neni 9.1&9.2 ku kërkesë ka qenë *"Kërkesë 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara në tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera, minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 54.000,00 €"*, ndërsa si dëshmi është kërkuar *"Dëshmia 1 Lista e projekteve të natyrës së kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga OE- (e skenuar nga origjinali) për dosien elektronike, të deshmjuara me referenca të cilat dëshmojnë vlerën e furnizimeve dhe natyrën e tyre apo proces verbal të pranimit përfundimtar të furnizimeve."*

OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka plotësuar kërkesën e lartpërmendur sepse kontratat e prezantuara në ofertën e tij nuk janë konform kërkesës së lartcekur pasi që nuk janë të natyrës së kontratës, mirëpo janë kontrata vetëm për pajisje stomatologjike, andaj duke u bazuar në kërkesën e lartpërmendur shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm sepse kontratat e prezantuar nuk janë të natyrës së kontratës, andaj edhe është dashur të shpallet si tenderues i eliminuar nga ana e AK-së.

Andaj duke u bazuar në faktin e lartpërmendur shihet qartë se AK-ja e ka rekomanduar për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm pasi që nuk e ka plotësuar kërkesën e FDT-së, ndërsa faktin se ky OE është i papërgjegjshëm e ka vërtetuar edhe vetë AK-ja në njoftimin mbi vendimin e dt.29.07.2020

OE i rekomanduar për kontratë gjithashtu nuk e plotëson kërkesën nr.6 tek kapaciteti teknik dhe profesional neni 9.1 & 9.2 ku kërkesë ka qenë: *Certifikat që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për paisjet mjekësore të ofruara*", ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar *"Certifikata si dëshmi që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për aparatet e ofruar si dhe trajnimin e stafit mjekësor- QKMF për aparatet e ofruara nga OE (të jepet me shkrim nga OE). OE i rekomanduar për kontratë nuk e plotëson kërkesën e lartcekur se nuk ka ofruar asnjë certifikatë për trajnimet e serviserit siç është kërkuar në FDT, mirëpo ka ofruar CV-të e personelit vetëm me shkrim, mirëpo jo edhe certifikatat nga prodhuesi për paisje të kërkuara në dosje të tenderit.*

OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm edhe për faktin se nuk ka ofruar pajisjet sikurse që është kërkuar nga AK-ja:

OE i rekomanduar për kontratë tek pajisja Stetoskop, ku janë kërkuar stetoskopa të klasit të lartë dhe atë LITTMAN III me specifika të caktuara si: High acoustic sensitivity makes the 3M Littmann Classic III™ 27" Monitoring Stethoscope ideal for any clinician. Superior construction and tunable diaphragms offer durability and versatility. CLASSIC III S.E. ADULT - head Ø 44/32 mm

Dual Head Stethoscope

High acoustic sensitivity

Monitor and assess a wide range of patients

S.B

Detect normal and abnormal sounds and rhythms

Tunable diaphragms on both the adult and pediatric sides of the chestpiece

Single-piece, easy to clean diaphragm

Pediatric side converts to a traditional open bell by replacing the single-piece diaphragm with a non-chill sleeve

Next-generation tubing with improved resistance to skin oils and alcohol for longer tubing life, less likely to pick up stains

Chestpiece is precision-machined into an aesthetically pleasing, less angular shape

Stem features an open side indicator

Useful in non-critical care environments like medical offices, OB/GYN, ambulatory clinic and urgent care

Tubing is 27" in length

Weight: 150 grams

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë nuk ka ofertuar sikurse që është kërkuar nga ana e AK-së, mirëpo ka ofertuar me stetoskop të prodhuesit Fazzini-Italy dhe me këto specifika:

STETHOSCOPE DELUXE

PROFESSIONAL DELUXE STHETOSCOPE

Stainless steel dual head chest piece. High quality acoustic. Thick PVC "Y" type

tubing. Non-chill ring for patient comfort. Complete with two spare pairs of soft

eartips. Available sizes: adult 47 mm Ø, pediatric 35 mm Ø, specifika këto të cilat as për se afërmi nuk iplotësojnë specifikat e kërkuara nga ana e AK-së në FDT duke mos duke mos ofruar fare përshkrim për stetoskopin e kërkuar, fakt ky që tregon se OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka ofruar pajisjen sipas kërkesave të FDT-së dhe të njoftimit për kontratë.

OE i rekomanduar për kontratë pas kërkesës së AK-së për informata shtesë ka dhënë këtë përgjigje:

" Ne si konzorcium kemi ofertuar me STETOSCOPE te prodhuesit Italian dhe specifikacionet teknike janë akoma me te mira se kërkesa juaj në DT dhe stetoskopët janë professional dhe plotësojnë kriterin dhe qëllimin e këtij aktiviteti te prokurimit. (katalogu i bashkangjitur).

Vetë OE i rekomanduar për kontratë po e pranon se nuk ka ofertuar sipas kërkesës së FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, mirëpo nëse shikojmë katalogun e bashkangjitur nga ana e OE të rekomanduar për kontratë, shihet qartë se është i njëjti katalog sikurse në herën e parë të cilin e ka prezantuar në ofertë dhe gjithashtu është pa specifikime te detyrueshme te kërkuara ne dosje te tenderit. Me këtë veprim AK-ja ka bërë shkelje të dispozitave të LPP-së dhe gjithashtu na kadiskriminuar neve si kompani e vetme nga te gjithë OE ofertues që i plotëson të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, pasi që kemi ofertuar me kualitetin më të lartë tw stetoskopëve edhe pse çmimi që kemi ofruar ne është më i lartë për shkak të kualitetit të pajisjeve.

Gjithashtu OE i rekomanduar për kontratë tek Poz. LED ULTRA SLIM X-RAY ILLUMINATORS, ku ndër të tjera është kërkuar: Dimmer for luminance adjustment from 30% to 100%. Ndërsa në bazë të katalogut të OE të rekomanduar për kontratë shihet qartë se nuk është përmbushur kjo kërkesë nga ana e tij.

Po ashtu është kërkuar: LED life 80,000 hours, with low maintenance costs - low energy consumption, ndërsa OE i rekomanduar për kontratë ka ofertuar me negatoskop i cili ka specifika shumë të dobëta dhe gjithashtu tek pajisja Service life of lamp tube: 10 000h ku edhe mund te vërehet se për 8 here qëndrueshmëria e kësaj pasje të ofruar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë është me e vogël se sa është kërkuara.

Është kërkuar: Fully adjustable desktop model: Position of panel can be totally adjusted: - height adjustment 13 cm - inclination 35° (+25°/-5°) - vertical or horizontal positioning, ndërsa ne katalogun e prezantuar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë shihet qartë se nuk figurojnë fare specifikat për këtë kërkesë të AK-së ku mundet shumë lehtë të konstatohet se edhe këtu OE i rekomanduar për kontratë nuk i plotëson specifikat e kërkuara nga AK-ja.

Po ashtu edhe tek kërkesa e AK-së për Oxygen concentrator – Respiratory AID ndër të tjera janë kërkuar edhe këto specifika:

Functions:

1. Power failure alarm; High Temperature Alarm
2. Intelligent Self Checking system: Alarm and Error 0 indication on LCD
3. Long service life with stable performance. Suits for 24 hours using
4. 5 stage filters which keep away from air pollution, PM 2.5 and Bacteria
5. Resettable Circuit breaker, Flame Breaker, Maintenance Alert
6. Most silent medical device

Ndërsa nga katalogu i prezantuar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë në ofertën e tij nuk i disponon asnjërin nga këto specifika, fakt ky që mund të vërtetohet shumë lehtë nëse shikohet oferta e OE të rekomanduar për kontratë.

Gjithashtu OE të rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm edhe për faktin se i mungon edhe certifikata e TVSH-së.

Andaj duke u bazuar në faktet e lartcekura shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm pasi që nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë andaj edhe është dashur të eliminohet nga ky aktivitet i prokurimit njësoj si ka vepruar AK-ja në njoftimin mbi vendimin e dt.29.07.2020.

Në lidhje me arsyen e AK-së të eliminimit tonë, ju sqarojmë se ky arsyetim nuk qëndron për faktin se ne i plotësojmë të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, e faktin se ne jemi OE i përgjegjshëm dhe i plotësojmë të gjitha kërkesat e FDT-së dhe të njoftimit për kontratë e ka vërtetuar edhe vetë AK-ja në njoftimin mbi vendimin e AK-së dt.29.07.2020 ku edhe na ka rekomanduar për kontratë.

Gjithashtu ne pajtohemi me arsyet e AK-së për eliminimin e OE **"N.SH. EL-DENTAL ; IRIS PHARMA SH.P.K."**; OE **"MATKOS PHARM SH.P.K."** dhe OE **"Interlab SH.P.K"**, pasi të gjitha këta OE të lartpërmendur janë të papërgjegjshëm.

Ne me dt.28.09.2020 kemi marrë përgjigje në kërkesën për rishqyrtim ku autoriteti kontraktues ka deklaruar se refuzohet kërkesa për rishqyrtim, mirëpo nuk ka dhënë asnjë përgjigje konkrete dhe ligjore për refuzimin e kërkesës tonë për rishqyrtim.

Në lidhje me arsyen e refuzimit të kërkesës tonë për rishqyrtim ku AK-ja e ka cekur se *"Komisioni Vlerësues pas marrjes së vendimit të OSHP-ës me nr.559/20 të datës 09.09.2020 pas analizimit dhe shqyrtimit e pikave në vendimin e OSHP-së nr.559/20 të datës 09.09.2020 konkludon se vendimi për dhanje të kontratës të datës 22.09.2020 nuk ndryshon"*, ne ju sqarojmë se në vendimin e lartcekur nuk është cekur askund se duhet të rekomandohet për kontratë një OE i cili është i papërgjegjshëm dhe gjithashtu AK-ja po përdor standarde të dyfishta pasi që neve na ka eliminuar nga ky aktivitet i prokurimit, ndërsa tani po vazhdon ta favorizojë OE të rekomanduar për kontratë edhe pse është i papërgjegjshëm.

Gjithashtu AK-ja nuk i ka sqaruar fare pretendimet tona ankimore për OE të rekomanduar për kontratë, ndërsa me këtë veprim tregon qartë se pretendimet tona ankimore janë të bazuara, pasi që nëse do të ishin të pa bazuara AK-ja do të prezantonte dëshmi dhe do të sqaronte pretendimet tona ankimore se pse janë të pa bazuara.

Andaj duke u bazuar në faktet e lartpërmendura shihet qartë se vendimi i AK-së për refuzimin e kërkesës tonë për rishqyrtim është i pa bazuar dhe nuk qëndron.

Përfundimisht autoriteti kontraktues në këtë aktivitet të prokurimit nuk e ka respektuar nenin 59 të LPP-së, sepse na ka eliminuar neve edhe pse i kemi plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, ndërsa e kemi plotësuar edhe kriterin kryesor për dhënie të kontratës, e që ka qenë tenderi i **përgjegjshëm me çmim më të ulët** sipas nenit 60 paragrafi 1.1 i LPP-së.

AK-ja me këtë vlerësim dhe vendim na ka diskriminuar neve në kundërshtim me nenin 7 të LPP-së dhe njëkohësisht e ka favorizuar operatorin ekonomik të rekomanduar për kontratë duke e shpallur fitues edhe pse nuk i ka plotësuar të gjitha kërkesat e FTD-së dhe të njoftimit për kontratë, ndërsa në paragrafin 1 të nenit 7 të LPP-së parashihet qartë "Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente".

Autoriteti kontraktues është dashur ta ketë në konsideratë edhe nenin 1 të LPP-së, pasi që dihet se qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike, burimeve publike si dhe të gjitha fondeve dhe burimeve të tjera të autoriteteve kontraktuese në Kosovë.

Duke u bazuar në faktet që u përmenden me lartë, kërkojmë nga Organi Shqyrtues i Prokurimit që të shqyrtoj Ankesën tonë dhe të nxjerr:

VENDIM

APROVOHET, si e bazuar ankesa e OE "**KONTI**" SH.P.K.

ANULOHET, njoftimi dhe vendimi i AK-së për dhënie të kontratës dhe lënda kthehet në **RIVLERËSIM**,

DETYROHET autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit, ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i ofertave të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes së tenderit, njoftimit për kontratë dhe konform dispozitave të LPP-së.

Nëse nuk merren parasysh faktet tona, ne jemi të detyruar të vazhdojmë procedurën ligjore në institucionet tjera kompetente.

Pretendimet ankimore (dispozitat e shkelura nga AK), janë të njëjta me kërkesa për rishqyrtim në autoritetin kontraktues. Deklarata detale mbi faktet dhe argumentet në – janë të njëjta me atë të dorëzuar në kërkesa për rishqyrtim pran AK-se.

KRITERET PËR VLERËSIM

(Të vendosen vetëm kërkesat/kriteret që kanë të bëjnë me arsyet e eliminimit dhe/apo ato kërkesa që lidhen me pretendimet ankimore)

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

Kapaciteti teknik dhe profesional: Dëshmia e kërkuar dokumentare

Kërkesat:

Kërkesa 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara në tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 54.000,00 €

Kërkesa 2. Certifikata sipas standardeve CE për prodhuesin

Kërkesa 3. Katalogjet e paisjeve mjekësore të kërkuar nga AK.

Kërkesa 4. Garancioni i paisjeve mjekësore të kërkuar nga AK.

Kërkesa 5. Autorizimi për shitje dhe servisim nga prodhuesi i autorizuar për paisjet e ofruara.

Kërkesa 6. Certifikatë që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për paisjet mjekësore të ofruara.

Evidencat:

Dëshmia 1. Lista e projekteve të natyrës së kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga OE- (e skenuar nga origjinali) për dosien elektronike, të dëshmuara me referenca të cilat dëshmojnë vlerën e furnizimeve dhe natyrën e tyre apo proces verbal të pranimit përfundimtar të furnizimeve.

Dëshmia 2. Të dëshmohet me kopjen e Certifikatës CE.

Evidenca 3. Katalogjet nga prodhuesi për paisjen e ofruar ku ofertuesi është i obliguar të nënvizojë specifikimet teknike për qdo paisje të ofruar duke u bazuar në specifikimet teknike të ofruara.

Evidenca 4. Garancioni i aparateve nga OE për paisjet, kohëzgjatja e paisjes (24 muaj të jepet me shkrim)

Evidenca 5. Autorizim nga prodhuesi ose dileri i autorizuar për shitje dhe servisim - origjinali apo të (Noterizuar)

Evidenca 6. Certifikatë si dëshmi që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për aparatet e ofruar si dhe trajnimin e stafit mjekësor- QKMF për aparatet e ofruara nga OE (të jepet me shkrim nga OE)

RAPORTI I KOMISIONIT VLERËSUES

Duke u bazuar në raportin e vlerësimit, komisioni vlerësues ka konstatuar si në vijim: (Të përkthehen vetëm vlerësimi i ofertës së OE ankues/ofertave, për të cilat OE ankues ka pretendime ankimore).

Deklarata e raportit të komisionit të vlerësimit është e zbrazet - mungon në raportin e komisionit të vlerësimit të datës 21.09.2020

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIMEVE TË KERKUARA NGA ANA E EKSPERTËVE SHQYRTUES

Qasja në dokumentacionet të cilat gjenden në platformën e-prokurimi që janë publikuar dhe shtuar nga AK lidhur me këtë aktivitet të prokurimit dhe dokumentacionet e bashkangjitura nga operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit.

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP-së

(Të jepet një vlerësim nëse OE ankues është apo nuk është palë me interes sipas nenit 4.1.26)

///

VENDIMET E MËPARSHMETË PSH-së LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

(Të sqarohet nëse për rastin e njëjtë është dhënë vlerësim tjetër).

///

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

(Të sqarohet për rastin nëse është devijuar nga praktika e mëparshme).

///

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES: "Konti" Sh.p.k. - Prizren

- Eksperti shqyrtues, pas ekzaminimit të dosjes së tenderit, shqyrtimit të rrjedhës së procedurës së tenderimit dhe pretendimeve të palës në ankesë sqaron me sa vijon:

Përgjigje në Pretendimi Nr. 1

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE i rekomanduar për kontratë nuk e ka plotësuar kërkesën e lartpërmendur sepse kontratat e prezantuara në ofertën e tij nuk janë konform kërkesës së lartcekur pasi që nuk janë të natyrës së kontratës, mirëpo janë kontrata vetëm për pajisje stomatologjike, andaj duke u bazuar në kërkesën e lartpërmendur shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm sepse kontratat e prezantuar nuk janë të natyrës së kontratës, andaj edhe është dashur të shpallet si tenderues i eliminuar nga ana e AK-së.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmime të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, OE ankues ka prezantuar një listë të kontratave në vlerë prej: **426,376.18 €**, dhe sipas titullit/projektit të prezantuar në këtë listë janë projekte për furnizime për material mjekësorë, furnizime për pajisje mjekësore dhe kontrata të shërbimeve/mirëmbajtjes për pajisje mjekësore etj.. bazuar në **Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale neni 9.1 & 9.2 të FDT-se**, po citoj: **Kërkesë 1. Projektet e natyrës së kontratës realizuara në tri vitet e shkuara (duke filluar nga koha e publikimit të këtij njoftimi) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit të standardeve dhe vlerat e tyre, vlera, minimale e të gjitha projekteve të natyrës së kontratës duhet të jetë jo më e vogël se 54.000,00 €, Dëshmia 1 Lista e projekteve të natyrës së kontratës e vërtetuar për tri vitet e fundit nga OE- (e skemuar nga origjinali) për dosjen elektronike, të dëshmuara me referenca të cilat dëshmojnë vlerën e furnizimeve dhe natyrën e tyre apo proces verbal të pranimit përfundimtar të furnizimeve.** Andaj bazuar në raportin e komisionit të vlerësimit, aty mungon deklarata me shkrim nga komisioni me fakte dhe argumente se cilat kontrata plotësojnë apo cilat kontrata nuk plotësojnë kërkesën e FDT-së në kundërshtim me **nenin 40.11 të RrUOPP-së**, sepse AK komisioni i vlerësimit është dashur të sigurohet se OE i rekomanduar për kontratë a e plotëson kërkesën e FDT-se, sepse në listën e kontratave të prezantuar nga OE i rekomanduar për kontratë, disa kontrata nuk i përkasin natyrës së këtij aktiviteti të prokurimit, po ashtu edhe vendimi i PSH. Nr. 559/20 i datës 09.09.2020 një gjë të tillë ka obliguar AK të kërkojë sqarim shtesë sipas nenit 59.2 dhe 72 të LPP-se. Duke u bazuar në këto fakte dhe duke pasqyruar kërkesën e AK të lartpërmendur dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankesë në këtë pikë është pjesërisht i qëndrueshëm.

Përgjigje në Pretendimi Nr. 2

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE i rekomanduar për kontratë nuk e plotëson kërkesën nr.6 tek kapaciteti teknik dhe profesional neni 9.1 & 9.2 ku kërkesë ka qenë: *Certifikatë që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për pajisjet mjekësore të ofruara*, ndërsa si dëshmi dokumentare është kërkuar *"Certifikata si dëshmi që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për aparatet e ofruar si dhe trajnimin e stafit mjekësor- QKMF për aparatet e ofruara nga OE (të jepet me shkrim nga OE)*. OE i rekomanduar për kontratë nuk e plotëson kërkesën e lartcekur se nuk ka ofruar asnjë certifikatë për trajnimet e serviserit siç është kërkuar në FDT, mirëpo ka ofruar CV-të e personelit vetëm me shkrim, mirëpo jo edhe certifikatat nga prodhuesi për pajisje të kërkuara në dosje të tenderit.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmime të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale të FDT-se, **Kërkesa në FDT është:**

Kërkesa 6. Certifikatë që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për pajisjet mjekësore të ofruara.

Evidenca 6. Certifikata si dëshmi që serviseri i autorizuar ka kryer trajnimin për aparatet e ofruar si dhe trajnimin e stafit mjekësor- QKMF për aparatet e ofruara nga OE (të jepet me shkrim nga OE)

OE i rekomanduar për kontratë ka prezantuar një deklaratë për servisim, riparim dhe trajnim, duke prezantuar stafin z. Ruzhdi Mehmeti – Inxh. i Dip. i Elektroteknikës, z. Adnan Bala – diplomë e shkollës së mesme – mekanik, për matje të makinave dhe z. Skender Bytyqi – diplomë e shkollës së mesme – teknik i instalimeve dhe rrjetave, mirëpo nuk ka prezantuar ndonjë certifikatë për stafin, lidhur me trajnime për pajisje mjekësore të ofruara.

Eksperti shqyrtues sqaron, lidhur me këtë pretendim mendon se AK – komisioni i vlerësimit, ka mundur të kërkoj sqarime shtesë bazuar në **nenin 59.2 dhe 72 të LPP-së**, si dhe bazuar në **nenin 39 të RrUOPP-së**. Duke u bazuar në këto fakte dhe duke pas parasysh kërkesën e AK të lartpërmendur dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këtë pikë është i qëndrueshëm.

Përgjigje në Pretendimi Nr. 3

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE i rekomanduar për kontratë pas kërkesës së AK-së për informata shtesë ka dhënë këtë përgjigje:

“Ne si konzorcium kemi ofertuar me STETOSCOPE te prodhuesit Italian dhe specifikacionet teknike janë akoma me te mira se kërkesa juaj në DT dhe stetoskopët janë profesional dhe plotësojnë kriterin dhe qëllimin e këtij aktiviteti të prokurimit. (katalogu i bashkangjitur).

Vetë OE i rekomanduar për kontratë po e pranon se nuk ka ofertuar sipas kërkesës së FDT-së dhe të njoftimit për kontratë, mirëpo nëse shikojmë katalogun e bashkangjitur nga ana e OE të rekomanduar për kontratë, shihet qartë se është i njëjti katalog sikurse në herën e parë të cilin e ka prezantuar në ofertë dhe gjithashtu është pa specifikime të detyrueshme të kërkuara në dosje të tenderit.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmimeve të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në Aneksin 1 të FDT-se, **është kërkuar:**

STETOSCOPE Littman – 50copë

High acoustic sensitivity makes the 3M Littmann Classic III™ 27" Monitoring Stethoscope ideal for any clinician. Superior construction and tunable diaphragms offer durability and versatility. CLASSIC III S.E. ADULT - head O 44/32 mm



Dual Head Stethoscope
High acoustic sensitivity
Monitor and assess a wide range of patients
Detect normal and abnormal sounds and rhythms
Tunable diaphragms on both the adult and pediatric sides of the chestpiece
Single-piece, easy to clean diaphragm
Pediatric side converts to a traditional open bell by replacing the single-piece diaphragm with a non-chill sleeve
Next-generation tubing with improved resistance to skin oils and alcohol for longer tubing life, less likely to pick up stains
Chestpiece is precision-machined into an aesthetically pleasing, less angular shape
Stem features an open side indicator
Useful in non-critical care environments like medical offices, OB/GYN, ambulatory clinic and urgent care
Tubing is 27" in length
Weight: 150 grams

OE i rekomanduar për kontratë edhe pas sqarimeve të kërkuara nga AK – komisioni i vlerësimit ka dhënë këtë sqarim, po citoj: *“Ne si konzorcium kemi ofertuar me STETOSCOPE te prodhuesit Italian dhe specifikacionet teknike janë akoma me te mira se kërkesa juaj në DT dhe stetoskopët janë profesional dhe plotësojnë kriterin dhe qëllimin e këtij aktiviteti të prokurimit”,* mirëpo sqarimi shtesë së katalogu i prezantuar lidhur me këtë pajisje p.sh *“Tubing is 27" in length”,* kjo specifik mungon, që do të thotë nuk është sipas specifikimit teknik në aneksin 1 të FDT-se, andaj AK – komisioni i vlerësimit, nuk e ka respektuar **nenin 59.2 dhe 72 të LPP-së**, si dhe **nenin 39 të RrUOPP-së**, po ashtu **nuk ka respektuar nenin 40.11 të RrUOPP-se**, ku thuhet: *“Komisioni, në fund të detyrës së tij, do të dërgoj tek Zyrtari përgjegjës i Prokurimit një rekomandim se bashku me një raport mbi punën e komisionit dhe një deklaratë të arsyeve mbështetëse për këtë rekomandim, duke përfshirë një deklaratë në lidhje me përpirësit dhe dobësitë e secilit propozim të tenderueseve. Raporti i komisionit duhet të mbahet në të dhënat e procedurës”*

Gjithashtu, Eksperti Shqyrtues sqaron si ne vijim: Është përgjegjësi, dhe ne diskrecion të Autoritetit Kontraktues respektivisht e komisionit të vlerësimit që gjatë procesit të vlerësimit të tenderuesve, në mënyrë që të bëjë ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve sipas kërkesave të kualifikimit të specifikuar në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit, specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksi 1, vlerësimi i tenderëve në përputhshmëri të kriterëve të vendosura në FDT. Duke u bazuar në këto fakte dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këtë pikë është pjesërisht i qëndrueshëm.

Përgjigje në Pretendimi Nr. 4

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE i rekomanduar për kontratë tek Poz. LED ULTRA SLIM X-RAY ILLUMINATORS, ku ndër të tjera është kërkuar: Dimmer for luminance adjustment from 30% to 100%. Ndërsa në bazë të katalogut të OE të rekomanduar për kontratë shihet qartë se nuk është përmbushur kjo kërkesë nga ana e tij, kurse tek pozicioni: LED life 80,000 hours, with low maintenance costs - low energy consumption, ndërsa OE i rekomanduar për kontratë ka ofertuar me negatoskop i cili ka specifika shumë të dobëta dhe gjithashtu tek pajisja Service life of lamp tube: 10 000h ku edhe mund të vërehet se për 8 here qëndrueshmëria e kësaj pasje të ofruar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë është me e vogël se sa është kërkuara.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmimeve të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, bazuar në Aneksin 1 të FDT-se, është kërkuar:

LED ULTRA SLIM X-RAY ILLUMINATORS – 10 copë

LED TECHNOLOGY SLIM X-RAY ILLUMINATORS The new generation of LED X-ray illuminators with colour temperature of 7,200°K for superior viewing and reading of radiography. Complete elimination of light flickering and 3,500 cd/mq luminance for more uniform light diffusion. Frame in antiscratch anodized aluminium. Film gripping system incorporated. Dimmer for luminance adjustment from 30% to 100%. - FAS: automatic switching on/off at the positioning/ removal of the film.

Economic advantages: - LED life 80,000 hours, with low maintenance costs - low energy consumption compliant with European law Double support for horizontal or vertical wall mounting or desktop. Fully adjustable desktop model: Position of panel can be totally adjusted: - height adjustment 13 cm - inclination 35° (+25°/-5°) - vertical or horizontal positioning. Light box 42x36 cm 46 50.5 3 4 1.

OE i rekomanduar për kontratë në katalog ka prezantuar si në vijim: **Service life of lamp tube 10000h**, që do të thotë nuk plotëson specifikimin teknik në aneksin 1 të FDT-se, kurse specifika: Dimmer for luminance adjustment from 30% to 100%, mungon në katalog, andaj AK – komisioni i vlerësimit, nuk e ka respektuar si dhe andaj AK nuk e ka respektuar **nenin 7 paragrafi 1 të LPP-së**, po citoj: "Autoriteti kontraktues do të trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente", si dhe **neni 59 par. 4 të LPP-së**, po citoj: "Autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit". Duke u bazuar në këto fakte dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këtë pikë është i qëndrueshëm.

Përgjigje në Pretendimi Nr. 5


Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE i rekomanduar për kontratë, tek kërkesa e AK-së për Oxygen concentrator – Respiratory AID ndër të tjera janë kërkuar edhe këto specifika: Functions:

1. Power failure alarm; High Temperature Alarm
2. Intelligent Self Checking system: Alarm and Error 0 indication on LCD
3. Long service life with stable performance. Suits for 24 hours using
4. 5 stage filters which keep away from air pollution, PM 2.5 and Bacteria
5. Resettable Circuit breaker, Flame Breaker, Maintenance Alert
6. Most silent medical device

Ndërsa nga katalogu i prezantuar nga ana e OE të rekomanduar për kontratë shihet qartë se OE i rekomanduar për kontratë në ofertën e tij nuk i disponon asnjërin nga këto specifika, fakt ky që mund të vërtetohet shumë lehtë nëse shikohet oferta e OE të rekomanduar për kontratë.

Ekspteri shqyrtues sqaron, se duke u bazuar ne analizën e fakteve/dëshmime të dokumentuara ne platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës se prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, bazuar ne Aneksin I te FDT-se, **është kërkuar:**

Oxygen concentrator – Respiratory AID –12 copë

Capacity	New	
Condition	Non-Portable	
Operation Mode	Electrical	
Operation	19 - 21	Functions: 1. Power failure alarm; High Temperature Alarm 2. Intelligent Self Checking system: Alarm and Error 0 indication on LCD 3. Long service life with stable performance. Suit for 24 hours using 4. 5 stage filters which keep away from air pollution, PM 2.5 and Bacteria 5. Resetable Circuit breaker, Flame Breaker, Maintenance Alert 6. Most silent medical device Flow Rate: 1-5L/MIN Concentration: 90-96% Power: 390W
Weight (kg)	White and Dark Grey	
Color	2	
Warranty	No	
Portable	390	
Power (W)	33 - 36dB	
Sound Level (dBA)	220V	
Voltage (V)	AE-5	
Model Number	LCD	
Display Type	50	
Frequency (Hz)	1-5L/MIN	
Oxygen Flow (l/Min)	5	
Flow Rate (l)	45	
Output Pressure (Kpa)	4	
Number Of Wheels	Yes	
Alarms	Hospital, Clinical Purpose	
Application	OxyBliss	
Brand	New	

OE i rekomanduar për kontrate ka prezantuar katalog me specifikimin teknik si ne vijim:



healthline

2010 Grand Design Award

Oxygen concentrator is a device that generates oxygen with a purity of 90% - 96% by using the ambient air that circulates in the ratio of 1:2. Oxygen purification system designed appropriate to the human health. Today, many people are living with different diseases such as heart, lung and other respiratory diseases. Most of these people have found help from the oxygen treatment that they take at home or hospital.

This device will help you to have adequate oxygen treatment that you need.

Using the oxygen without permission of authorized people can be dangerous.

Device should be used under the supervision of a licensed physician after reading the instruction manual.

SPECIFICATION	
OXYGEN FLOW RANGE	1-5L/min
OXYGEN CONCENTRATION	90-96%
MAXIMUM OUTLET PRESSURE	8 PSI x1
VOLTAGE	220VAC 50/60 Hz
CURRENT	1.6A AMP x110V
OPERATING TEMPERATURE RANGE	10°C - 40°C
OPERATING HUMIDITY RANGE	10 - 90 % RH
WEIGHT	12 kg
NOISE LEVEL	< 40 dB

Duke u bazuar ne këto fakte dhe duke pas parasysh kërkesën e AK te lartpërmendur dhe analizës se mësipërme vlerësorje se pretendimet e palës në ankesë në këtë pikë është i qëndrueshëm.

Përgjigje në Pretendimi Nr. 6

Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik ankues, se OE të rekomanduar për kontratë është i papërgjegjshëm edhe për faktin se i mungon edhe certifikata e TVSH-së.

Eksperti shqyrtues sqaron, se duke u bazuar në analizën e fakteve/dëshmime të dokumentuara në platformën elektronike e-prokurim, rrjedhën dhe analizën procedurës së prokurimit, lidhur me këtë aktivitet të prokurimit, AK me sqarimi e datës 14.09.2020 sipas nenit 59.2 dhe 72 të LPP-se, OE i rekomanduar për kontratë ka dëshmuar/prezantuar certifikatën e TVSH për anëtarin e grupit Adnan A. Bala B.I.. Duke u bazuar në këto fakte dhe analizës së mësipërme vlerësojë se pretendimi i palës në ankese në këtë pikë **nuk është i qëndrueshëm**.

MENDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në faktet, sqarimet e lartpërmendura dhe të gjeturat tjera në këtë raport, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues, **të aprovohet si e bazuar**, dhe rekomandon të anulohet në tërësi ky aktivitet i prokurimit B58-njoftimit mbi vendimin AK (rekomandimi për dhënie të kontratës) dhe nëse autoriteti kontraktues ka akoma interes mund ta **Ri-tenderoj**.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues - Kuvendi Komunal i Prizrenit
- Panelit Shqyrtues - OSHP
- OE ankues - "Konti" Sh.p.k.; - Ferizaj