



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT
TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKE
PROCUREMENT REVIEW BODY



Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) – Rruga Migjeni (ish Banka e Ljublanës), Kati V-të, Prishtinë, Kosovë
Tel: 383 38 312 309 email: oshp@rks-gov.net

RAPORTI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Eksperti Shqyrtues	Data e autorizimit të ekspertit	Date e dorëzimit të raportit	Nr. i lëndës
Florije Rexhepi	17.08.2023	07.09.2023	2023/0590
Eksperti Teknik	Data e autorizimit të ekspertit teknik		
Lindita Aliaga	25.08.2023		

BAZA LIGJORE E SHQYRTIMIT

Me datën: 16.08.2023, OE “Adnan A. Bala B.I.”- Prishtinë, ka parashtruar ankesë me nr: 2023/0590, kundër njoftimit për kontratë, lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Furnizim me pajisje mjeksore” me nr. të prokurimit: "10/220/70050/00000/0731-23-6982-1-1-1", iniciuar nga Autoriteti Kontraktues (AK) – SPITALI SHEIKH ZAYED.

Autoriteti kontraktues ka zbatuar procedurë: të hapur, lloji i kontratës: furnizim vlera e parashikuar e kontratës: **39,000.00€**.

Datat për fazat e ndryshme të procedurës së tenderit deri në ankesë janë si në vijim: Data e njoftimit për kontratë, 07.07.2023, data e hapjes së ofertës: 8.08.2023.

Konform nenit 113, 114 të Ligjit Nr. 04 / L - 042, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin 04 / L - 237, Ligjin 05 / L - 068, dhe Ligjin 05 / L - 092, Eksperti Shqyrtues i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të OE ankues.

DISPOZITAT E SHKELURA DHE PRETENDIMET ANKIMORE

Neni 1 Qëllimi i ligjit;

Neni 7 Barazia ne trajtim/jo-diskriminimi

Neni 28-Specifikimet teknike.

KRITERET PËR VLERËSIM

Kërkesa 4. Deklarata për specifikacionin teknik për mallrat e ofruara dhe katalogu i prodhuesit.

Evidenca 4. Ofertuesi duhet qe ta jape një deklaratë për specifika teknike si dhe duhet te bashkangjitet katalogu i prodhuesit për secilin artikull të ofruar, ku duhet të nënvizohen specifikat teknike te produktit.

RAPORTI I KOMISIONI VLERËSUES

N/A

INFORMACIONET SHITESË TË MARRA ME ANË TË SQARIME TË KËRKUARA NGA EKSPERTI SHQYRTUES/TEKNIK

N/A

VLERËSIMI SIPAS NENIT 4.1.26 TË LPP

VENDIMET E MËPARSHME TË OSHP LIDHUR ME RASTET E NGJASHME

N/A

ARSYETIMI PËR DEVIJIM NGA PRAKTIKA E MËPARSHME

N/A

PËRGJIGJE NË PRETENDIMET ANKIMORE TË OE ANKUES - Adnan A. Bala B.I.

Pretendimi nr.1

Eksperti shqyrtues/ teknik , sqaron se OE ankues "Adnan A. Bala B.I.", ne ankesën e tij ka pretendime ankimore lidhur me kërkesat e vendosura ne dosje te tenderit dhe ne njoftimin për kontrate, për te cilat i njëjti ka kërkuar kërkesa për informacione shtesë për Lot 2 dhe Lot 3, lidhur me kërkesat për te cilat ka kërkuar sqarime, ka marr përgjigje negative dhe i njëjti parashton ankese ne OSHP, me pretendimin se kërkesat janë favorizuese dhe diskriminuese për OE-te te cilët shprehin interes për ketë aktivitet të prokurimit.

Eksperti shqyrtues sqaron se OE ankues pakënaqur me vendimin e AK-se, konform nenit 108/A ka parashtuar ankese me pretendimin se AK-ja, nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të LPP-se.

Lidhur me ketë pretendim AK, ka dhëne ketë përgjigje:

Bazuar ne Nenin 108A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe te një kërkesë për Rishqyrtim nga OE, Autoritetit Kontraktues-Spitali "Sheikh Zayed"-Vushtrri, e mori ketë:

VENDIM

Kërkesa për Rishqyrtim Refuzohet

Arsyetim

Lidhur me tenderin “Furnizim me paisje mjeksore” ref nr 10/220/70050/00000/0731-23-6982-1-1-1

dhe nr i brendshëm: 70050-23-016-1-1-1 me datë: 13.08.2023,në AK-Spitali "Sheikh Zayed", është pranuar një kërkesë për rishqyrtim, nga OE ADNAN A BALA BI me arsyetimin se:

Pretendimet e OE ADNAN A BALA BI, Ne lidhje me aktivitetin e prokurimit “Furnizim me paisje mjeksore” LOT 2 dhe LOT3 dhe me numer të prokurimit 10/220/70050/00000/0731-23-6982-1-1-1 ne dosjen e tenderit janë shkelur Dispozitat Ligjore të LPP tek DT:

- Specifikat teknike të detyrshme i janë përshtatur në tërësi një prodhuesi të caktuar dhe favorizuese për ndonjë OE të caktuar.

Përgjigja e AK-

Arsyetim: Pretendimet e OE nuk qendrojnë sepse Autoriteti Kontraktues ka zhvilluar proceduren e tenderimit sipas LPP-së, në përputhje me dispozitat e ligjit ne fuqi dhe Rregullores Nr. 01/2022 për Prokurim Publik.

Ne si AK mendojm se pregaditja e specifikave teknike nuk është diskriminuese për OE sepse për të qenë transparent ndaj OE, tenderin e kemi ndarë në tri pjesë (Loto) dhe është i hapur për të gjithë OE për të ofertuar të cilët i plotsojnë kushtet dhe kërkesat sipas DT. Kështu që **Referojuni Dosjesë së Tenderit,**

Përfundim: Në bazë të arsyeve të lartcekura Autoriteti Kontraktuesi Spitali "Sheikh Zayed"-Vushtrri e refuzon këtë kërkesë për rishqyrtim si të **pa bazuar.**

Eksperti teknik sqaron se, OE ankues pretendon se AK nuk ka respektuar dispozitat ligjore te LPP-se,

si me poshtë:

Pretendimet ankimore se specifikimet teknike të detyrueshme janë përshtatur në tërësi në prodhuesi të caktuar dhe kjo është kundërshtim me Nenin 7 dhe 28 të LPP-se, sepse janë specifika favorizuese dhe diskriminuese për prodhues tjerë dhe OE që shprehin interes për ofertim përmes procedurës së hapur që është qëllimi konkurrence dhe trajtim i barabartë. Duke marrë parasysh se AK sidomos në instancione shëndetësore janë duke bërë vlersim po thuaj shkronje për shkronje apo numër për numër ku këto vlersime po eliminojnë të gjitha ofertat e OE dhe rrjedhimisht AK po abuzojnë me parane publike duke mos marrë parasysh qëllim dhe pasigjeve dhe aktivitetin e prokurimit.

Ne sqarime të dhëna nga AK nuk jep mundësi OE tjerë pjesëmarrës të tenderit duke mos jape mundësi të ofertave me paisjet të përafërta po me devijime të vogla por vetëm identike, ju lutem shikoni Vendimin e AK për Refuzim të Kërkesës për rishqyrtim të datës 15.08.2023.

LOT 3 - Furnizim me paisje mjeksore

Specifikimet teknike të detyrueshme janë favorizuese për një OE të caktuar sepse të gjitha parametrat teknike të kërkuara në dosje të tenderit i përputhen në tërësi produktit-modeli e cekur më poshtë.

Pra janë vetëm kopy/past shiko pozicioni 1 dhe pozicioni 2 janë të prodhuesit Aspel shik pozicion 1 dhe link <https://www.aspel.com.pl/en/comparison-tool.9> vetëm me disa ndryshime të vogla të cilat kanë pesë gjatë përthim nga anglisht në shqip.

Pozicioni 3 dhe 4 janë të prodhuesit Turmed pra janë vetëm kopy/past shiko provat dhe deshmimet e bashkangjiture pra prova me nr 1 dhe prova e nr 2 pra janë kopy/past vetëm me disa ndryshime të vogla gjatë përthimit ku edhe modelin e ka përcaktuar AK pra modelin 4- Shtretër për pacient të urgjencës TM- C3033 pra shiko deshmimin më poshtë apo Proven 1 ose link <https://www.turmedonline.com/Urun/emergency-stretcher 5553>.

Pozicioni 3 dhe 4 janë të prodhuesit Turmed pra janë vetëm kopy/past shiko provat dhe deshmit e bashkangjiture pra prova me nr 1 dhe prova e nr 2 pra janë kopy/past vetëm me disa ndryshim të vogla gjatë perkthimit ku edhe modelin e ka percaktuar AK pra modelin 4- Shtreter per pacient te urgjences TM- C3033 pra shiko deshmin me poshte apo Proven 1 ose link https://www.turmedonline.com/Urun/emergency-stretcher_5553.

4	Shtreter per pacient te urgjences TM- C3033	copë	3
---	---	------	---

Specifikimet teknike

- Kornizë metalike.
- Platformë dysheku, laminat kompakt HPL)
- Rregullimi i lartësisë me hidraulik
- Trendelenburg dhe trendelenburg i kundërt (hidraulik).

TECHNICAL PARAMETERS

- External Dimensions : 1941 x 2111 mm
- Mattress Platform : 1881 x 1811 mm
- Mattress Thickness : 88 mm
- Height Adjustment : 720 - 1140 mm
- Backrest max. angle : 70°
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : + 18° / - 18°
- Height of side rails : 270 mm
- Under bed clearance : 120 mm
- Castors diameter : 114 mm
- Max. load capacity : 125 kg
- Max. loading capacity : 250 kg

OPTIONAL FEATURES

- Safety belt.
- 6 Ray cassette holder.

TM-C 3033

turmed
HOSPITAL EQUIPMENT

Specifikacione e AK janë me poshte pozicioni 3

3	Tavoline per ekzaminime Gjinekologjike
Specifikimet teknike	
	Rregullimi i lartësisë me motor
	Rregullimi i mbështetës me motor
	Mbështetëse e këmbëve
	Trendelenburg me motor
	Kontrolli i grupit të këmbëve.
	Doreza e sipërme ngritëse.
	Mbështetja e krahut në të dy anët
	Jashtë. i zbehtë. 87x216 cm
	Dyshek i zbehtë. 56 x 18 cm
	Lartësia nga 61 deri në 101 cm
	Këndi maksimal i mbështetës 70 °
	Trendelenburg 12 °
	Pesha 250 kg
	Veshje e trupit të barkut
	Binarët aksesore
	Enë për grumbullimin e mbetjeve
	Mbulesa e dyshekut antibakterial, rezistente ndaj lëngjeve
	Mbulesa e dyshekut që lahet

Specifikacion e Prodhuësi per pozicioni 3

STANDARD FEATURES	
•	Height adjustment. (motor)
•	Backrest adjustment. (motor)
•	Footrest. (detachable)
•	Trendelenburg (motor)
•	Foot set control.
•	Upper Lifting Handle. (foldable)
•	Arm support on both sides. (adjustable)
•	Foot support on both sides. (adjustable)
•	Polyurethane knee support on both sides. (adjustable)
•	Waste collection container 8 liter. (stainless steel)
•	Liquid proof, antibacterial mattress cover.
•	Washable mattress cover.
•	Towel holders.
•	ABS body coating.
•	Accessory rails.
•	Adjustable balance legs.
•	Accessories : 304 quality stainless steel.
•	Electrostatic powder coated frame. (RAL 7035)

TECHNICAL PARAMETERS	
External Dimensions	: 870 x 2145 mm
Mattress Platform	: 540 x 1870 mm
Height Adjustment	: 610 - 1010 mm
Backrest max. angle	: 70°
Trendelenburg	: 12°
Max. load capacity	: 140 kg
Max. loading capacity	: 250 kg

Shiko link https://www.turmedonline.com/Urun/gynecology-and-delivery-table_4953

Specifikim teknike te detyrueshme për pozicionet e cekur me lart janë favorizuese për një OE te caktuar ne Kosove i cili eshte OE i autorzuar per Kosove i prodhuesi te cekur me lart, sepse te gjitha parametrat teknike te kërkuara ne dosje te tenderit i përputhen ne tërësi produktit-modeli e cekur me lartë.

Ky përpilim ne dosje te tenderit identik te produktit e cekura me lart, pamundëson pjesëmarrjen te gjitha prodhueseve tjerë pra kufizon konkurrencën, sepse këta parametra teknik janë identik për këtë produkt qe i posedon vetëm ky prodhues ne treg shiko dëshmin dhe favorizon prodhuesin ne procedure te hapur te prokurimit.

Kurse Nenin / -parazia ne trajtim/jo-diskriminimi-Ky nene është parimi bazë i Prokurimit Publik, ku cekë se Autoriteti kontraktues duhet ti trajtojë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo- diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente. *Po ashtu, autoriteti kontraktues nuk do të ekzekutojë asnjë aspekt të aktivitetit të prokurimit në një mënyrë që redukton apo eliminon konkurrencën në mes të operatorëve ekonomik ose që diskriminon në dëm ose në të mirë te një ose më shume operatorëve ekonomik.*

Nenin 28 te LPP-se Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njësia e kërkesës për këto pozicione, bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se “Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik”. Gjithashtu ky përpilim teknike nga njësia e kërkesës është diskriminues për te gjitha prodhues tjerë sepse nuk kane mundësi konkurrimi ne raport me kushte teknike te konkurrencës/trajtim i barabarte pra specifikacionet teknike duhet të përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese.

4 Shtreter per pacient te urgjences TM- C3033		STANDARD FEATURES	
Specifikim	https://www.turmedonline.com/Urur/emergency-stretcher_5553	• Metal frame.	
Kornizë		• Mattress platform. (compact laminate HPL)	
Platformë dysheku, laminat kompakt HPL		• Height adjustment. (hydraulic)	
Rregullimi i lartësisë me hidraulik		• Trendelenburg and reverse trendelenburg (hydraulic).	
Trendelenburg dhe trendelenburg i kundërt (hidraulik).		• Backrest adjustment. (gas piston)	
Rregullimi i mbështetës me piston gazi		• Thigh rest adjustment. (gas piston)	
Rregullimi i pushimit të kofshëve me piston gazi		• Footrest. (manuel)	
Mbështetëse e këmbëve me opcion manuel		• Side rails. (metal)	
Binarët anësor. (metal)		• Mattress: Waterproof, flame retardant, anti-bacterial PU cover.	
Dyshek: i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj flakës, mbulesë PU anti-bakteriale.		• IV pole. (Height adjustable)	
Poli IV. (Gjatesia e rregullueshme)		• Fifth wheel. (easy maneuver and turn)	
Rrota e pestë. (manovrim dhe kthesë e lehtë)		• Castors with central brake and direction lock system.	
Castors me frenim qendror dhe sistem bllokimi drejtimi.		• Protective corner bumpers.	
Parakolpët mbrojtës të këndit.		• Accessory holders.	
Mbajtëse aksesorësh.		• Oxygen cylinder holder.	
Mbajtëse e bombolave të oksigjenit.		• Material rack.	
Raft material.		• Electrostatic powder coated metal frame. [RAL 7016 and 1023]	
Kornizë metalike e veshur me pluhur elektrostatik. (RAL 7016 dhe 1023)			
Ext dim. 196 x 78 cm			
		TECHNICAL PARAMETERS	
		External Dimensions	: 1965 x 780 mm
		Mattress Platform	: 1850 x 600 mm
		Mattress thickness	: 80 mm

Specifikim teknike te detyrueshme për pozicioni 2 janë favorizuese për një OE te caktuar sepse te gjitha parametrat teknike te kërkuara ne dosje te tenderit i përputhen ne tërësi produktit-e cekur me lartë.

Pra AK ka cek ne “Sqarim citim” Referojuni DT” pra është e pa mundur te ofertohej sepse AK ka favorizuar kete prodhues edhe prodhuesi ka thene vetem nje autorizim per Kosove kurse asnjë dilier tjere nuk ka te drejt te jepin autorizim për Kosove.

Edhe pozicion tjera si 5 ,6 dhe 7 jane te perripiluar per prodhuesit e caktuar pra jane identike dhe nuk jep mundesi ofertim me paisjet te peraferta me devijim me vogela edhe pse ne kemi kerkaur ne AK se ne pyetje sqarues dhe kerkesen per rishqyrtim por fare nuk ke marr per baze edhe pse ne kemi dorzuar fakte dhe deshmi se AK ka favorizuar ne prodhues te caktuar ku kemi cekur me lart, por ne shpresoj se OSHP te kete parasysh deshmi, fakte e cekur me lart ku kemi vertetuar se AK ka favorzaur prodhuesin e cekur me lart dhe te obligoj AK te modifikoj apo te pranoj paisjet me devijime te vogela qe ploteson nevoja e njesis kerkuese dhe qelimin e tyre dhe njeherit OSHP te parandaloj qe AK te kete aktivitet te prokurimit te zhvilloje procedaur e prokurimit ne kundershtim me LPP Neni 7 dhe Neni 28 te LPP .

Njësia e kërkesës- Shkel Nenin 28 te LPP-se Përpilimi i specifikimeve teknike te detyrueshme nga njësia e kërkesës për këto pozicione, bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se “*Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik*”. Gjithashtu ky përpilim teknike nga njësia e kërkesës është diskriminues për të gjitha prodhues tjerë sepse nuk kane mundësi konkurrimi ne raport me kushte teknike te konkurrencës/ trajtim i barabarte pra specifikacionet teknike duhet të përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese.

Si pale me interes material për këtë aktivitet te prokurimit ne kërkojmë nga OSHP te obligoj AK dhe NJK (njësia e kërkesës) te modifikoj specifikimet teknike te detyrueshme për këtë furnizim, ne mënyre qe te mundësohet konkurrenca ne mes prodhueseve për produktin qe ju kërkon, pasi qe kjo është procedure e hapur dhe qëllimi i Autoritetit kontraktues sipas LPP-se është trajtimi i barabarte i OE pjesëmarrës për te arritur qëllimin-Parimin e Ekonomicitetit.

Andaj ky parim arrihet vetëm kur termat teknike si ne rastin ne fjalë qe te mundësoj konkurrence maksimale ne mes Operatoreve ekonomik dhe jo kur paraprakisht dihet se cilin prodhues dhe produkt do shpallen fitues për tender.

Pra me keto specifikacione teknike siq jane tani eshte e pa mundur OE tjere te marrin pjese sepse AK ka perpiluar specifikacione teknike ne ate menyre qe OE i favorzuar ka te garantuar qe do te fitoj dhe do rekomandohet për kontrate kete tender pamara parasyshe cmimin e ofertes. Siq vrehet me lart ky tender eshte ne kundërshtime me parime baze te LPP Neni 7 dhe 28 te LPP dhe RrUOPP te cekure me lart.

Eksperti teknik, pasi ka analizuar dëshmitë e ofruara nga OE ankues vlerëson se ne pozicionet 1 dhe 2 specifikacionet i janë përshtatur prodhuesit Aspel.

Po ashtu pozicionet 3 dhe 4 i janë përshtatur prodhuesit Turmed, pra modelin 4- shtretër për paciente të urgjencës TM C-3033

Gjithashtu edhe pozicionet 5,6,7 janë përpiluar për prodhuesit e caktuar si me larte dhe i janë përshtatur këtij prodhuesi.

Eksperti teknik, vlerëson se pretendimet e OE ankues qëndrojnë për pozicionin 1.2.3.4.5.6.7 dhe se keto kërkesa duhet te hiqen nga dosja e tenderit, për faktin se i janë përshtatur prodhuesit Aspel dhe Turmed.

Eksperti shqyrtues/ Teknik si sqarim shtese i rekomandon AK-se qe gjate përmirësimit te kërkesave te dosjes se tenderit të veproj ne harmoni me Nenin 53.7 të LPP-se.

REKOMANDIMI I EKSPERTIT SHQYRTUES

Duke u bazuar në sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues/teknik i propozon panelit shqyrtues që ankesa e OE ankues të aprovohet si e bazuar, AK të bëjë përmirësimet në dosje të tenderit dhe të zgjasë afatin për ofertim.

Raporti i ekspertizës ti dorëzohet:

- Autoritetit Kontraktues – **SPITALI SHEIKH ZAYED**
- Panelit Shqyrtues – **OSHP**
- OE ankues – **Adnan A. Bala B.I.**



Florije Rexhepi

Lindita Aliaga