

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **00220-23-12480-1-1-1**

Sa i përket tenderit për **Furnizim me material për Hemodializë nga LE për SHSKUK**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Alkaloid
NUI	4053575
Adresa	Blvd.A.Makedonski
Vendi	Skopje
Kodi postar	1000
Numri Telefonit	
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Slavica Ilic
Adresa elektronike	silic1@alkaloid.com.mk
Data e parashtrimit të ankesës	14.12.2023

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-it
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës” “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit”, apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës:

Ankesa i përket grupeve:

Lot 1||Lot 3

Data e përgatitjes së Dosjes së Tenderit: 09.11.2023/Publikuar: e-prokurimi.rks-gov.net

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT/Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 10.11.2023

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po ☒

Jo ☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontestit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.

Kërkesat për rishqyrtim: 05.12.2023 14:20,

Përgjigjem/Data:06.12.2023

Nga: Shefi i Prokurimit të SHSKUK-së

Tema: Vendim i kërksës për Rishqyrtim

Nr. i zyrës: 28

Lokacioni: Prokurimi

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Dispozitat e shkelura të LPP-se

Neni 7 — Barazia në Trajtim/ Jo — Diskriminimi; pasi që specifikimet teknike në dosjen e tenderit janë diskriminuese konkretisht kërkesa për metoden e sterilizimit apo favorizimin e prodhuesve të cilët e përdorin metoden e sterilizimit me avull është diskriminimi për shumë prodhues të njohur Botëror të cilët përdorin metoda të tjera të sterilizimit.

Neni 28- Specifikimet teknike

*** Sipas Neni 118 të LPP, OSHP-ja do të kthejë tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuara për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ligji për Prokurim Publik ka përcaktuar që Dosja e Tenderit duhet të hartohet në atë mënyrë që të garantojë barazinë në trajtim dhe jo-diskriminim të Operatoreve Ekonomik të interesuar, duke nënkuptuar që AK duhet të sigurohet që të mundesojë sa më shumë oferta nga OE të interesuar.

Tek Aneksi 1 në DT - Specifikimet teknike të detyrueshme në Lot 1 dhe Lot 3 keni përshkruar produktet që pretendoni të prokuroni duke cekur se produktet që mund të ofrohen duhet të jenë “Steam Sterilisation” me Sterilizim me avull kështu duke eliminuar të gjitha metodat tjera të sterilizimit sikur ato me sterilizim me Dry Heat, Gamma sterilizim dhe E-Beam Sterilizim, kështu duke kufizuar konkurrencën dhe duke favorizuar vetëm prodhues që prodhojnë Dializatorë me Steam Sterilizatë dhe që numri i tyre është shumë i vogël në krahasim me prodhues të njohur botërorë për prodhimin e Dializatorëve

me Sterilizim Gamma sic jane: B Braun, Nipro, Nikkiso, Asahi Kasy etj, keshtu duke shkelur Nenin 28 te LPP - Specifikimet Teknike.

Arsyetimi i AK-SHSKUK se per hartimin e specifikimeve teknike jane bazuar ne Listen Esenciale nuk qendrojne per arsye se ky specifikim ne LE eshte qe nga viti 2003 dhe eshte i pershtatur specifikimeve te vetem nje kompanie Fresenius Medical Care e cila ka pasur monopol deri ne vitin 2017, kur pas ankesave eshte ndryshuar specifikimi teknik per Dializatore qe ka mundesuar pjesemarrje me te gjere te ofertuesve me prodhues te ndryshem me cfare edhe jane lidhur edhe kontrata me cmime shume me te ulta per sherbime te njejta.

Per te vertetuar qe AK-SHSKUK nuk i eshte referuar Listes Esenciale gjate perpunimit te DT ne te njejtat Lote koeficienti i i Ultrafiltrimit eshte kerkuar me e madhe ose e barabart me 40 per Lot 1 dhe me e madhe ose e barabart me 50 per Lot 3 gje qe nuk eshte ne perputhje me Listen Esenciale ku per produktin qe kerkohet per Lot 1 koeficienti i Ultrafiltrimit eshte 50 ndersa per Lot 3 ky koeficient ne LE eshte 55.

Gjithashtu specifikimi teknik i dy aktiviteteteve te prokurimit te kaluara per produktet e njejta - Dializatore, nuk ne perputhje me specifikimin e LE me plote te drejte pasi si pasoje e kesaj ne keto dy aktivitete ka pasur se paku 4 ofertues, keshtu duke shtuar konkurencen dhe siguruar cmime me te uleta. *(bashkengjitur gjeni specifikimin teknik te tendereve te kaluar).*

Shprehim shqetesimet tona se AK eshte duke perdorur standard te dyfishta s ai perket respektimit te Listes Esenciale, specifikimev teknike nga njesia kerkuese dhe ne Dojesn e Tenderit, duke pasur parasysh se ne vendimin e OSHP 370-401/19 nga i njejti AK jane shkelur Lista Esenciale, kerkesa e njesise kerkuese dhe specifikacioni teknik ne DT kinse per kursim te Buxhetit, ndersa ne kete rast insistohet te respektohen Lista Esenciale, kerkesa nga njesia kerkuese dhe specifikacioni teknik ne Dosje te Tenderit pavaresisht se lejimi i konkurences rezulton ne uljen e cmimit dhe kursimin e Buxhetit te SHtetit por ketu shihet se AK perdure standard te dyfishta per favorizimin e OE te preferuar vendos ne nje rast shkelje te Listes Esenciale dhe specifikacionit te DT ndersa ne rastin tjetër per respektim te LE dhe specifikacionit teknik te DT , dhe vetem insistohet te mbrohet sterilizimi me avull per te vetmin qellim favorizimin e OE te preferuar dhe mos lejimin e hapjes se konkurences per Operatoret tjere.

Kjo verteton qe AK-SHSKUK eshte duke perdorur standarde te dyfishta sa i perket respektimit te Listes Esenciale , duke ju referuar kesaj Liste vetem kur deshirojne ta kufizojne konkurencen.

Ne te kunderten shtimi ne specifikim teknik edhe i Sterilizimit Gamma i regjistruar edhe ne EMA si sterilizim i barabarte me Sterilizimin me avull do te shtonte edhe me shume konkurencen, keshte duke shkelur **Nenin 7 te LPP - Barazia ne trajtim jo-diskriminim,**

duke favorizuar prodhuesin me sterilizim me avull dhe duke diskriminuar prodhuesit e dializatoreve me Sterilizim Gamma.

Studiues te njohur dhe ekspert te lemise kane vertetuar qe asnje mangesi, efekt anesore, problem apo dallim nuk eshte gjetur ne mes te Sterilizimit me avull dhe metodav tjera te sterilizimit gjegjesisht metodes Gamma. *(te bashkengjitur mund te gjeni letra shkencore nga EMA ne te cilen vertetohen qe sterilizimi me Gamma dhe metoda tjera te sterilizimit nuk paraqesin anje mangesi ne raport me metoden e sterilizimit me avull dhe se keto metoda jane metoda moderne te sterilizimit).*

Me tutje, materiali qe do te ofrohet, vjen i sterilizuar nga kompania prodhuese, qe ne kete rast mund te jene kompani me renome boterore, dhe nuk paraqet asnje rendesi nese eshte i sterilizuar me Steam apo Gamma.

Prandaj duke ju referuar te gjitha pretendimeve te cekura me lart, kerkojme qe lend ate kthehet ne Rivleresim dhe te behen ndryshimet e nevojshme te specifikimet teknike ne DT dhe te kursehet buxheti i shtetit.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, në rast se përfshini pretendime për kompensim.

Dëmi i treguar mund të jetë i natyrës kriminale dhe materiale.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje te vendimit te miratuar nga AK gjate kontekstit paraprak te zgjidhjes se mosmarrëveshjeve ne përputhje me nenin 108A te LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.